



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 17 kwietnia 2024 r.

AT.Z.2150.44.2.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert **na dostawę bielizny jednorazowego użytku** wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej na e-maila podanego w zaproszeniu do złożenia oferty?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z treścią Zaproszenia.

Pytanie nr 2

„**Pakiet 1 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL, spełniające pozostałe wymagania?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

„**Pakiet 2 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści fartuchy z owinięciem we włókninę zamiast w papier krepowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

„**Pakiet 3 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

„**Zadanie nr 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści przezroczysty fartuch foliowy pakowany pojedynczo?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

„Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

„Zadanie nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

„Zadanie nr 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9


„Zadanie nr 5, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

„Pakiet 6 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do cięcia cesarskiego z otworem o wymiarach 25 x 30 cm? Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m². Zestaw spełnia pozostałe wymagania.”




Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

„Pakiet 7 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.”




Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

„Pakiet 7 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 14 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.”



Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

„Pakiet 9 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu, z 2% roztworem jodiny?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

„Pakiet 9 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach powierzchni lepnej 60 x 46 cm?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

„**Pakiet 9 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach powierzchni lepnej 70 x 74 cm?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

„**Pakiet 11 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 230 cm x 300 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu z dodatkowym padem chłonnym o wymiarach 72 cm x 98 cm, wyposażoną w otwór 24 cm x 34 cm, zintegrowana z trójkątną torbą do zbiórki płynów?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

„**Pakiet 11 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z przyklepcem o długości 58 cm? (dot. serwety o wymiarach 50 x 60 cm)”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

„**Pakiet 11 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami do rąk o wymiarach 30 cm x 30 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

„**Pakiet 12 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

10 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock

1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer-Lock

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa epiduralna (do znieczuleń przewodowych) z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 15cm, przyklepne rogi?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

„**Pakiet 13 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm
1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 10cm x 15cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

„**Pakiet 14 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

serweta z laminatu z **warstwą celulozową** do owinięcia zestawu-1szt,
strzykawka 5ml Luer-lock trzyczęściowa tłokiem **wykonanym z polipropylenu**-1szt,
strzykawka 10ml Luer-lock z tłokiem **wykonanym z polipropylenu**-2szt,
strzykawka 20 ml Luer-lock trzyczęściowa z tłokiem **wykonanym z polipropylenu** -2szt,
igła iniekcyjna 1,2x40-1szt,
igła iniekcyjna 0,7x30-1szt,
miska plastik 250 ml-1szt,
miska plastik 500 ml-1 szt,
miska plastikowa 1000 ml z rantem w środku-1 szt,
rampa dwudrożna-2 szt,
zestaw do podawania płynów **150 cm** -1 szt,
osłona przylepna na monitor- 2szt, Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na monitor z gumką?
serweta na stolik instrumentariuszki **150x190 cm** 1 szt,
torba ze ściągaczem do rtg o **wymiarach 105 cm x 105 cm** 1szt,
torba ze ściągaczem do rtg o wymiarach **120 cm x 120 cm** -1 szt,
serweta do angiografii wykonana z **dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 240 cm x 350 cm, ze wzmocnieniem 120 cm x 155 cm o gramaturze łącznej 142 g/m2, z dwoma otworami o wymiarach 12 cm x 7 cm oraz dwoma otworami o średnicy 12 cm, posiadającą zintegrowaną osłonę po obu stronach serwety**– 1 szt.

lub

serweta do angiografii wykonana z **trójwarstwowej włókniny SMS o wymiarach 230 cm x 320 cm, z dodatkową warstwą chłonną 150 cm x 230 cm, z czterema otworami o średnicy 10 cm (każdy z otworów) wraz z zintegrowaną osłoną na pulpit sterowniczy o wymiarach 75 cm x 140 cm**
fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozmiar L-1szt.,
fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm.XL-2szt,
plastikowe klemy zaciskające do łapania obłoża-2szt,
pean plastikowy-2szt,
ostrze z trzonkiem nr 11-1szt.?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, z podpisem kwalifikowanym, bądź w formie skanu?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z treścią Zaproszenia.

Pytania nr 33**Zadanie 2:**

„Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby fartuch był pakowany w papier krepowy wraz z dwoma ręczniczkami do rąk?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34**Zadanie 2:**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach M, L, XL, XXL?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35**Zadanie 7:**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z nogawicą w rozmiarze 75 cm x 120 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36**Zadanie 11:**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zawierających w składzie kieszeń na płyny z kształtką i przyklepcem jałowa, foliowa: 1komorowa w rozmiarze 40x30 cm – 1 szt., oraz 2komorowa w rozmiarze 42x35cm – 1 szt. w miejsce Plastikowy niebieski pojemnik jednorazowego użytku, okrągły, pojemność: 500ml, podziałka co 100ml- umożliwia identyfikację objętości płynów -2 sztuki?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37**Zadanie 1**

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy, które posiadają nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min. 40 g/m2 dostępne w rozmiarach: S/M–120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150cmL, XLL-170cm? Pozostałe parametry zgodne z o.p.z.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38**Zadanie 2:**

„Czy można zaoferować fartuchy dostępne w rozmiarach: S/M–120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-150cmL, XLL-170cm zapakowane wraz z dwoma ręcznikami w serwetę włókninową? Pozostałe parametry zgodne z o.p.z.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39**Zadanie 6:**

„Czy można zaoferować zestaw z serwetą główną posiadającą otwór wokół jamy brzusznej w rozmiarach 27cm x 33cm otoczony folią operacyjną z oknem bez folii w rozmiarach 14cm x 20cm oraz z czterema celulozowymi serwetkami do rąk w rozmiarach 30cm x 40cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami o.p.z”.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40**„Zadanie 7:**

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo -polietylenowego o gramaturze min. 48g/m²(+/-0,5g). Opakowanie zgodne z o.p.z.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41**„Zapisy zaproszenia:**

Rozdział III pkt. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej?”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z treścią Zaproszenia.

Pytanie nr 42**„Dotyczy – sposób złożenia oferty**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej lub poprzez złożenie oferty na adres pocztowy email. W tej sytuacji oferta zostanie zaszyfrowana hasłem, które zostanie wysłane do Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z treścią Zaproszenia.

Pytanie nr 43

„Dotyczy zadania 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych zawiniętych w serwetę włókninową zapakowanych wraz z 2 ręcznikami do rąk. Zgodny z normą EN 13795-1:2019. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ”


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

„Dotyczy zadania 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach jak poniżej:



- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm
- 1 x czerwona **osłona na stolik Mayo** 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta w kształcie T** (ułożenie proste) o wym. 200/250x315cm z przyklepnym oknem trapezowym 32x28x18cm częściowo wypełnionym folią 28x12x18cm otoczonym torbą 360° do zbiórki płynów (bez elementów metalowych) oraz 2 portami do podłączenia drenów i piankowym kształtownikiem
- 1 x **serweta do owinięcia noworodka** o wym. 90x100cm
- 1 x **włókninowa taśma samoprzylepna** 9x50cm,
- 2 x **ręczniki celulozowe** 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Wszystkie elementy zapakowane pojedynczo w zgrzewaną łatwą do szybkiego otwarcia kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Zestaw spełnia wymogi normy EN 13795-1.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 23.04.2024 r. do godz.13.00

Nowy termin otwarcia ofert: 23.04.2024 r. godz. 14.00

Adam Fimiarcz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu