

Nazwa zadania:

„Dostawa akcesoriów zużywalnych do systemu dokumentacji procesów dekontaminacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1	Etykieta/rolka Triplex: - trójdzielna dwuzrywalna, - rolka 1000 szt etykiet, - rozmiar etykiet: 55,8 mm x 102 mm - kompatybilna z drukarką Godex RT700, - kompatybilna z oprogramowaniem Proces+, - wyposażona w kod startowy wprowadzający do systemu oprogramowania Proces+	150 szt.
2	Kalka termotransferowa: - długość kalki na rolce 300m, szerokość 110 mm - trwały druk odporny na warunki sterylizacji 134°C, - kalka do wydruku na drukarkach termotransferowych Godex RT700, - kompatybilna z oprogramowaniem Proces+, - wyposażona w kod startowy wprowadzający do systemu oprogramowania Proces+	35 szt.
3	Taśma do drukarki oznaczników: - taśma laminowana czarna, - odporna na wodę i parę, - wysokość taśmy 24mm x8m/0,96x26 ' - kompatybilna z drukarką Brother P-touch P750W	3 szt.