



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 14 lipca 2023 r.

DZP.3320.60.23

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę bielizny jednorazowego użytku.**

Pytanie 1 dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, nieznacznie **różniącego się** od opisanego w SWZ?

Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne :

- serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm x 190-200cm
- serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach **79** cm x 140-150cm.
- 1 serwetka do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T o wymiarach **180/250**cm x 310-340 cm, posiadająca **folię operacyjną 36x36cm z otworem (bez folii) 18x16cm**, otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytyjącym płyny 360°. **Serwetka wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2.**
- 1 serwetka włókninowa chłonna dla noworodka 70-110cm x 80-120cm
- min. 2 szt. serwetki włókninowe o wym. **30,5x34cm**
- **dodatkowo 1 taśma mocująca 9x50cm**
- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet **Tyvec-folia**, łatwy do szybkiego otwarcia. Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w minimum 2 etykiety przyklepne zawierające dane identyfikujące wyrób”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 7:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 7 ochraniaczy na obuwiu krótkich wykonanych z polietylenu o grubości 35 mikronów”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw o następującym składzie:

- 1 serwetka na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serwetka na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 3 serwetki samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm

1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,0(+/-0,5) g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,0 (+/- 0,5) g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny z lekkim odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Gramatura laminatu 57,0(+/-0,5) g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ.

Pytanie 5 dot. zapisów SWZ:

„Zamawiający w rozdziale XII pkt 4 wymaga:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania lub posiadają cechy określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, należy przedstawić:

1) **Karty katalogowe/ ulotki** oferowanego przedmiotu zamówienia;

2) **Charakterystykę techniczno – jakościową** oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

Zwracamy z prośbą o potwierdzenie, iż na potwierdzenie obu podpunktów wystarczającym będzie przedstawienie karty katalogowej zawierającej nazwę handlową oraz numer katalogowy, a także potwierdzającej wszystkie wymagane parametry + raporty z badań jeśli takowe wymagane były w opisie przedmiotu zamówienia”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.


Pytanie 6 dot. zadania 4:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,

- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 7 dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów neurochirurgicznych o składzie podanym poniżej i gramaturze w strefie krytycznej 110 g/m²? Pozostałe parametry (dotyczące wymogów normy oraz opakowania) zachowane”.

Nazwa produktu	Rozmiar cm
Zestaw neurochirurgiczny II wzmacniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stolik narzędziowy wzmacniona	150 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmacniona	80 x 145
1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów z sitem i zaworem	320 x 245
4 samoprzylepne serwety operacyjne	50 x 50
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 uchwyty Velcro	2 x 23
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego zgodnego z opisem, ale z serwetą główną w rozmiarze 250/260cm x 300cm, serwetami włókninowymi w rozmiarze 30x33cm oraz posiadającego dodatkowo w swoim składzie taśmę samoprzylepną oraz 1 serwetę 90cm x 100cm – pozostałe parametry zachowane?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do wkłucia lędźwiowego:

- 1 x serweta włókninowa laminowana 75 x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa laminowana 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2 (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4 (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek 7,2 x 5 cm”.

Wyjaśnienie: Według SWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 9:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do wkłucia centralnego:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz 14 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)”.
Wyjaśnienie: Według SWZ.

Pytanie 11 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy i w przypadku zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, i zmieni zapisy § 6 ust. 1 i 2 na następujące:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej dostawy, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto brakującego towaru lub towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 12 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o grubości folii 24 mikrony spełniające pozostałe wymagania SWZ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13 dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?”.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 14 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści podkład zawierający 80 odcinków 50 cm x 50 cm z przeleczeniem zamawianych ilości?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 15 dot. zadania 2:

„Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 μ m z makroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym

-1x ręcznik chłonny 34x36 cm

- 1 x serweta do kraniotomii 265x255cm +/- 5cm z otworem 28x20cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze wzmocnieniem chłonnym, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz czterema uchwytami na przewody typu rzep .

Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m², wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m² o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH₂O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 2:

„Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ m z makroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

- 2 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym min.60x85

- 4 x serweta przylepna, chłonna 45x50 cm

- 2 x taśma lepna, przezroczysta 8x40 cm

- 1 x serweta do kraniotomii, 240x410cm +/-5cm, z otworem 20x33cm w kształcie rombu całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, dużym przylepcem do fiksacji serwety min.10x40 +/-3 cm i dwoma uchwytami na przewody typu rzep.

Serweta główna w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetracje płynów > 175 cm H₂O. Materiał odporny na rozerwanie na moko/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log 10$). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 dot. zadania 4:

„Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem z polipropylenu
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace
- 2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270° min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m²), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10), o odporności na penetrację płynów > 200cm H₂O.

Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozrywanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Opakowanie zbiorcze 6 szt”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 5:

„Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wymaga zaoferowania fartucha oznakowanego jako wyrób medyczny klasy I sterylnej oraz środek ochrony osobistej kategorii III?”.

Wyjaśnienie: Nie wymagamy.

Pytanie 19 dot. zadania 5:

„Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha jednorazowego użytku odpornego na przenikanie min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM F739. Rozmiar L, XXL. Pozostałość zgodnie z SWZ”.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 20 dot. zadania 4:

„Zadanie 4 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do cięcia cesarskiego o składzie:

- serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150cm x 190cm
- serweta na stół MAYO składana teleskopowo, z warstwą chłonną 76 cm x 86 cm, o rozmiarach 80 cm x 145cm.
- 1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T o wymiarach 250cm x 325 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 35 cm x 32 cm, serweta w całości wykonana z laminatu o gramaturze min. 56 g/m²
- 1 serweta chłonna dla noworodka 90cm x 60cm

- min. 2 szt. serwety włókninowe o wym. 20 cm x 40 cm
wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ.

Pytanie 21 dot. zadania 9:

„Zadanie 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10cmx15cm w miejsce 8cmx15cm?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 23 dot. zadania 1:

„Zadanie 1, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 3 warstwowej na całej powierzchni, wykonanej z laminatu włókniny polipropylenowej 28g/m² + folia PE 25g/m² + polipropylen 22g/m², o łącznej gramaturze 75g/m²?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24 dot. zadania 1:

„Zadanie 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z taśmą lepną o dł. 88 cm (+/- 2 cm), na dłuższym boku?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25 dot. zadania 1:

„Zadanie 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 210 cm?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26 dot. zadania 1:

„Zadanie 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 160 x 220 cm?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27 dot. zadania 1:

„Zadanie 1, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 dot. zadania 1:

„Zadanie 1, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29 dot. zadania 3:

„Zadanie 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę podkładu o długości 40m. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 30 dot. zadania 2:

„Zadanie 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów neurochirurgicznych o składzie:

1 x serweta główna dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów wyposażoną w sito i podłączenie drena. Gramatura w strefie krytycznej 140g/m².

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,


1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

1 x osłona na stół Mayo 80cm x 145cm,

1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,

1 x serweta na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm”.



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 dot. zadania 4:

„Zadanie 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów 360° o wymiarach 80 cm x 90 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

4 x ręcznik chłonny włókninowy o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm”.



Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32 dot. zadania 7:

„**Zadanie 7, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 μ m, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 33 dot. zadania 7:

„**Zadanie 7, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 34 dot. zadania 8:

„**Zadanie 8, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką 3 częściową 3m Luer Lock (w miejsce strzykawki 3 ml luer)?”.

Wyjaśnienie: Dopuszczamy.

Pytanie 35 dot. zadania 9:

„**Zadanie 9, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Bezpieczna igła iniekcyjna (0,8 x 40 / 21G)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml luer
- 1 x Ostrze chirurgiczne, nr 10
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym 9cm x 15cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?”.

Wyjaśnienie: Według SWZ.

dr n. med. Krzysztof Polberg

/-/

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu