

Zamość, 18.05.2020r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENTA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.39.2.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę *czytników bezprzewodowych* wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Wymagana klasa szczelności IP42, my proponujemy IP52. Czy ten wyższy parametr nie spowoduje odrzucenia naszej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Proponowany parametr jest wyższy od wymaganego. Nie spowoduje odrzucenia.

Pytanie nr 2: Proponujemy gwarancje na skaner i bazę na okres 36 miesięcy, natomiast na baterię 12-miesięcy. Czy krótszy okres gwarancji na baterie nie spowoduje odrzucenia naszej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Bateria jest traktowana jako element eksploatacyjny. Nie spowoduje odrzucenia.

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjno – Technicznych

(-) mgr Andrzej Szewczuk