

Zamość, 28.02.2024

dotyczy: odpowiedzi na pytania dla firmy Erbe Sp z.o.o. dotyczące postępowania pt. „Dostawa sprzętu laparoskopowego - postępowanie uzupełniające” LAP.0611.6.2024

Nawiązując do zamieszczonego zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 130 000 zł pn. „Dostawa sprzętu laparoskopowego – postępowanie uzupełniające”. Prosimy o odpowiedź czy w pakiecie nr 3 oczekujecie Państwo zaoferowania elektrody szpatułkowej jednorazowego użytku kompatybilnej z posiadanymi uchwytami monopolarnymi firmy Erbe. wielkość 2,3x19mm, L 8,3mm. **Czy może L 83 mm?** (8,3 cm)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga L83mm (8,3cm).