



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 26.06.2024 r.

AT.Z.2150.49.1.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę szybkich testów urazowych w kierunku wykrywania Helikobakter Pylori wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

1. Czy zamawiający zezwoli na przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail szpita@szpital.zam.pl, opatrzonej podpisem elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie, zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

2. Czy zamawiający wymaga by test był wyposażony w narzędzie do bezpiecznego przenoszenia bioplatu na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. Czy zamawiający wymaga by producent testów spełniał wymogi potwierdzone przez ISO 13485 dla wyrobów medycznych ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Adam Fimiarcz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu