

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25.09.2018 r.

AG.Z.2150.7.3.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu cytoskopowego wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 i 2.

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia i optyki), które są wykonywane na zamówienie i wymagają specjalnego sprowadzania zza granicy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 35 dni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 2 pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uszczelki kanału z otworem ok. 1mm, spełniających wszystkie wymagania zamawiającego, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) nie posiadają deklaracji zgodności CE oraz posiadają stawkę podatku VAT 23% ?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie optyki o długości 302mm przy zachowaniu pełnej kompatybilności sprzętu i pozostałych wymagań określonych w SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płaszcza cystoskopowego o wymiarze 19,8Fr z dwoma przyłączami Luer-Lock, z obturatorem w miejsce 20Fr przy zachowaniu pełnej kompatybilności sprzętu z oprzyrządowaniem produkcji Karl Storz?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524