



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 15.05.2023r.

AT.Z.2150.10.4.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawy rękawic ochronnych RTG, wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 0,35mm, na dłoni min. 0,32mm, na mankiecie min. 0,31mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem do dnia 18.05.2023r. do godz. 13:00?

Odpowiedź:

Nie, postępowanie zgodnie z częścią III , pkt.7 Zaproszenia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Adam Fimiarz