



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dn.21.02.2017 r.

AG.Z.2150.21.1.2017

Dotyczy : odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę zamkniętych łączników bezigłowych do podawania koncentratu leku cytostatycznego wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby krótki dren z zamkniętym łącznikiem bursztynowym wykonany był w całości z PCV bez DEHP?

Odpowiedź:

Materiał użyty do produkcji drenu nie powinien zawierać DEHP zgodnie z wytycznymi REACH.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



URS is a member of Register of Service Providers (RSP)

Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMIENIA
PIERŚMIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524