



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 września 2015 r.

AG.ZP.3320.53. .15

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych neurochirurgicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiającym?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy zamawiający dopuści implanty o parametrach: śruby transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/- 45°). Śruby dwurdzeniowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, otwarte od góry (osadzanie pręta z góry w osi śruby). Długość śrub w przedziale 20 – 100 mm, średnica od 4,0 mm do 9,0 mm, kodowane kolorami. Wydłużony kielich główki śruby umożliwiający stopniową korekcję „in situ” na długim i krótkim dystansie. Pręty tytanowe proste i wstępnie wygięte, średnica 6,0 mm. Długość prętów od 45 mm do 500 mm. Blokada śrub dwustopniowa pozwalająca na przeprowadzenie oddzielnie dwóch kombinacji:

- a) utrzymanie pręta w śrubie i blokada wieloosiowa śruby
- b) ostateczne zablokowanie pręta w śrubie

Możliwość blokowania śrub ze stałą powtarzalną siłą docisku (śrubokręt dynamometryczny 10 Nm). Możliwość odblokowania śruby na pręcie, z jednoczesnym zachowaniem ustalonego kąta śruby (utrzymana blokada wieloosiowości śruby; opcja dotycząca każdej śruby dostępnej w zestawie). Możliwość przeprowadzenia jednocześnie: kompresji lordotycznej i kompresji/ dystrakcji równoległej segmentu. Możliwość utrzymania zablokowanej kątowo główki śruby przy równoczesnym zwolnieniu blokady pręta. Poprzeczki w długości 30 – 100 mm. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerach przeznaczonych do ich przechowania i sterylizacji.

1. Śruby transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/- 45°) - 14 szt., zamówienie - 70 szt.
2. Pręty stabilizujące o 5 różnych długościach po 2 szt. w „banku” – 10 szt., zamówienie - 20 szt.
3. Łącza poprzeczne - 30 – 100 mm, w „banku” – 2 komplety, zamówienie - 5 kompletów.

Wyjaśnienie: Nie.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMIEŃCIA
PIERŚCIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zadania 4:

Czy ze względu na niewielką ilość szacowanych zabiegów zamawiający zgodzi się na zaoferowanie instrumentarium dostarczanego na żądanie bezpośrednio przed planowanym zabiegiem, czyli wykluczenie konieczności przygotowania banku implantów?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści śruby w długościach 12 – 18 mm w dwóch średnicach?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dosyłanie kompletnego instrumentarium wraz z bankiem implantów po wcześniejszym (48 h) powiadomieniu wykonawcy o planowanym zabiegu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy zamawiający dopuści implanty o parametrach: klatki o kształcie prostopadłościowym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI. Klatka z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi umożliwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym do wypełnienia przeszczepem lub biomateriałem. Klatki odtwarzające lordozę szyjną. W zestawie klatki klinowe oraz wypukłe, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5 – 10 mm (stopniowane co 1 mm) i głębokości 12,5 mm. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do przechowywania i sterylizacji.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający zaakceptuje klatkę międzytrzonową wykonaną z PEEK o kątowno – anatomicznym profilu umożliwiającym odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego, o powierzchni ząbkowanej zapobiegającej wypadaniu implantu, dostępny w 11 rozmiarach?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw implantów składający się z 4 śrub potylicznych, 1 płytki potylicznej z 2 blokerami, 6 śrub szyjnych z blokerami, 4 haków laminarnych z blokerami, oraz dwóch podłużnych prętów? Zestaw zawiera również śruby korowe do stabilizacji C1/C2. Jeżeli zamawiający dopuści przedstawione rozwiązanie to czy zezwoli także na jednorazowe dosyłanie kompletu narzędzi z pełnym bankiem implantów po wcześniejszym (48 h) powiadomieniu wykonawcy o planowanym zabiegu?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7:

Czy Zamawiający dopuści rozszerzalną protezę in situ, wykonaną z PEEK? Jeżeli zamawiający dopuści to rozwiązanie to czy zezwoli także na jednorazowe dosyłanie kompletu narzędzi z pełnym bankiem implantów po wcześniejszym (48 h) powiadomieniu

wykonawcy o planowanym zabiegu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9:

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie ile igieł wymaga w 1 zestawie do wertebroplastyki?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga w zestawie dwie igły.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy zamawiający dopuści implant o parametrach: zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/ kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu. Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W zestawie igły boczne otwarte kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły boczne otwarte. Do zestawu dołączony aplikator służący do pojedynczego napełniania strzykawek. Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner'a (prowadnik skalowany).

W „banku” - 2 komplety zestawów + 6 dodatkowych igieł

Zamówienie - 20 zestawów + 20 szt. dodatkowych igieł do podawania cementu.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy zamawiający dopuści syntetyczny substytut kostny o granulkach w rozmiarach 1 – 2 mm dostępny w opakowaniu 2 cc?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 11:

Ponieważ oferowane klipsy nie wymagają użycia osobnych aplikatorów do zamykania i otwierania klipsów a funkcję tę pełni jedno urządzenie – czy wobec tego zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego dostarczenia aplikatorów na czas trwania umowy?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy zamawiający wymaga aby w/w zestawy posiadały komory kroplowe?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy zamawiający wymaga aby w/w zestawy posiadały komory kroplowe nie zintegrowane z workiem spustowym?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy dla zwiększenia konkurencyjności ofert i możliwości zaproponowania lepszych cen zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. nr 1?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści zastawkę ze zbiorniczkiem, komplet z drenami,

samoregulującą się i niewymagającą programowania?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy zamawiający wymaga aby zaoficerowane zastawki były zintegrowane z zaworem antysyfonym?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy zamawiający wymaga zaoficerowania do wyboru w zależności od procedury zastawkę wg opisu programowalną otworową oraz konturową?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 15:

Czy dla zwiększenia konkurencyjności ofert i możliwości zaproponowania lepszych cen zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. nr 2?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 18:

Czy zamawiający dopuści implant o parametrach: system przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, system tytanowy. Śruby dostępne w średnicach od 5 mm do 7 mm i długościach od 30 mm do 60 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluźwaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Opcjonalnie dostępne śruby perforowane. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte z góry (z punktu widzenia operatora). Dostępne pręty tytanowe małowazyjne proste w długościach od 30 mm do 200 mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35 mm do 300 mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5 mm w zakresie od 30 mm do 90 mm. Pręty implantowane z nacięciem skórno wykonanego pod skórę. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie distrakcji lub kompresji. Jeżeli zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie to czy zezwoli także na jednorazowe dosyłanie kompletu narzędzi z pełnym bankiem implantów po wcześniejszym (48 h) powiadomieniu wykonawcy o planowanym zabiegu?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 19:

Czy zamawiający dopuści implant o parametrach: proteza zapewniająca fizjologiczną ruchomość segmentu międzytrzonowego w odcinku szyjnym. W zestawie implanty próbne, kodowane kolorami. Ruchomość protezy na połączeniu Tytan/ Polietylen. Budowa modułarna, dwuelementowa. Powierzchnia implantu pokryta materiałem wspomagającym ostointegrację. Brak elementów protezy wystających na przednią powierzchnię trzonów. Elementy kotwiczące w postaci 6 kolców na górnej i dolnej powierzchni protezy, pozwalające na precyzyjne umieszczenie implantu i zapobiegające jego migracji. Proteza dysku dostępna w 3 wysokościach (5 – 7 mm) i 6 wielkościach. Stabilizacja distrakcji dotrzonowej dodatkowo blokowana na szpilach. Jeżeli zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie to czy zezwoli także na jednorazowe dosyłanie kompletu narzędzi z pełnym bankiem implantów po wcześniejszym (48 h)

powiadomieniu wykonawcy o planowanym zabiegu?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 2:

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2, iż ryzyko z tytułu powierzenia sprzętu Kupującemu, przechodzi na Kupującego z momentem dostarczenia towaru do miejsca przechowywania towaru przez Kupującego?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 2:

Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 2:

Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia, których wzory przesyłamy w załączeniu? (§2 ust. 2 – 4)

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 1:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 1:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§ 10 ust. 3)

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia, których wzory przesyłamy w załączeniu? (§2 ust. 2 – 4)

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 2:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 2:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy nr 2:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§ 10 ust. 3)

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec