



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 21 października 2024 r.

DZPZ.2150.29.6.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert **dostawę strzykawek do gazometrii** wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„Pozycja 1 i 2. Prosimy o możliwość zaoferowania strzykawek do gazometrii z końcówką Luerlok, kompatybilną ze wszystkimi dostępnymi wkłuciami, o objętości 3 ml, z rekomendowaną objętością pobrania 1,6 ml, co pozwala na zachowanie właściwej proporcji krwi i heparyny litowej a tym samym wierne odwzorowanie oznaczanych parametrów.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty elektronicznie np. za pomocą poczty elektronicznej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisem zawartym w Zaproszeniu.

Pytanie nr 3

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu „Wraz z każdą dostawą, jeżeli Zamawiający zgłosi takie żądanie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczenia asortymentu do obrotu, a także inne tego rodzaju dokumenty, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności” w przypadku gdy Wykonawca złoży dokumentów wraz z ofertą, a ich ważność obejmuje cały okres obowiązywania umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje §2 pkt 7 wzoru umowy na brzmienie : Dostawy będą odbywały się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wraz z pierwszą dostawą, jeżeli Zamawiający zgłosi takie żądanie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczenia asortymentu do obrotu, a także inne tego rodzaju dokumenty, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności” .

Pytanie nr 4

„Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej poprzez obliczanie jej od wartości niezrealizowanej części dostawy nie zaś od wartości umowy zgodnie z poniższym wzorem :

a) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w S 2 ust.5 Umowy, nie więcej jednak niż 5 % łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w S 5 ust. 1 Umowy; (dostawa)

b) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w S 3 ust. 3 Umowy, nie więcej jednak niż 5% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w S 5 ust. 1 Umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zaproszenia.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu