



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 30 lipca 2024 r.

AT.Z.2150.44.6.2024

## **Dotyczy: odpowiedzi na pytania.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę zestawów obłożeń do operacji sercowo-naczyniowych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego sterylnego zestawu obłożeń do operacji sercowo - naczyniowych:

#### **Skład:**

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 x serweta dwuwarstwowa Protect 200 x 260 cm, U przylepne 6,5 x 95 cm z osłoną krocza
  - 1 x serweta dwuwarstwowa ze wzmocnieniem Thorax Protect Plus 260 x 315 cm, otwór 32 x 38 cm (folia operacyjna). Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcje
  - 2 x osłona na stopę 25 x 50 cm z taśmą przylepną
  - 1 x ostrze chirurgiczne Nr 23
  - 1 x elektroda czynna 320 cm, 16,5 cm
  - 1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza 10 miejsc magnetyczny
  - 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 38 x 43 cm
  - 1 x dren do ssaka 300 cm 28/9,33 CH/mm
  - 12 x tupfer z gazy Nr 5 48 x 24 cm 20 nitek
  - 1 x pojemnik plastikowy 500 ml przezroczysty • 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm.
- Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 49 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego w serwecie głównej polipropylenowa łąta chłonna . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 104 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożeń spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy w obszarze wzmocnionym min. 365 ml /m<sup>2</sup> zgodnie z normą EN 9073 – 6. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2**

„Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej, poprzez przesłanie na wskazany przez Państwa adres e-mail oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapisem zawartym w Zaproszeniu.

**Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 02.08.2024 r. do godz.13.00**

**Nowy termin otwarcia ofert: 02.08.2024 r. godz. 14.00**

Adam Fimiarcz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu