

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24.09.2018 r.

AG.Z.2150.7.3.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu cystoskopowego wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2.

Czy Zamawiający w poz.3 dopuści do zaoferowania płaszcz cystoskopowy o śr. 21Fr z dwoma przyłączami Luer-Lock i wraz z obturatorem. Średnica 20Fr dla cystoskopów jest bardzo mało popularna i właściwie charakterystyczna tylko dla jednej firmy medycznej K. STORZ. Dopuszczenie przez Zamawiającego również średnicy 21Fr (znacznie bardziej popularnej) spowoduje uzyskanie większej ilości ofert, co z kolei przełoży się na konkurencyjność cenową i uzyskanie lepszej finalnie oferty przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 2

Prosimy o wyjaśnienie dla poz.5 odnośnie wymogu zaoferowania obturatora do dźwigni Albarrana czy nie wystąpiła w tym przypadku omyłka pisarska gdyż obturator w połączeniu z dźwignią Albarrana nie ma zastosowania ponieważ powyższa dźwignia współpracuje bezpośrednio z płaszczem cystoskopowym oraz optyką poprzez wbudowany mostek endoskopowy? Jeśli nie wystąpiła omyłka pisarska to czy Zamawiający w powyższej pozycji zrezygnuje z wymogu zaoferowania obturatora do dźwigni Albarrana?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w pozycjach, w których są opisane optyki typu Hopkins dopuści do zaoferowania optyki o dł.roboczej 302mm z reszta parametrów bez zmian? Optyki produkowane przez Producenta, którego jesteśmy wyłącznym Dystrybutorem na terenie RP są w pełni kompatybilne z wszelkimi płaszczami cystoskopowymi jak również resektoskopowymi firmy K.Storz.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

