



## Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 11 grudnia 2023 r.

**AT.R.334.59.2.2023**

### Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do postępowania AT.R.334.59.2.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. **„Dostawa wózka do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Patologii Ciąży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

: wpłynęły 2 pytania:

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

„1. Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

-długość siedziska 41-56 cm **Odpowiedź:TAK.56cm.**

-szerokość siedziska 55 lub 61 **Odpowiedź:TAK.61cm.**

-bezpieczne obciążenie robocze 270 lub 450kg **Odpowiedź:TAK**

-szerokość całkowita: Szerokość siedziska + 18 cm **Odpowiedź:TAK**

-wysokość siedziska odpodłoża 36-51 cm **Odpowiedź:TAK**

- wysokość całkowita wózka 100-110 cm: wysokość oparcia 65-75 cm (nie uwzględnia rączek)

**Odpowiedź:TAK**

- tapicerka - tkanina poliestrowa na podłożu PCV i pianka poliuretanowa - materiały zgodne z normą przeciwpożarowąCATB117-2013 **Odpowiedź:TAK**

-zdemontowane podłokietniki i podnóżki:tak. **Odpowiedź:TAK**

-regulowana wysokość siedziska: tak.**Odpowiedź:TAK**

- dodatkowe oparcia pod okrężnicę wykonane z miękkiego materiału? Dostępny dodatkowy pasek z tyłu.**Odpowiedź:TAK**

- koła pompowane wyposażone w hamulce: nie pompowane, tak z hamulcami.”**Odpowiedź:TAK**

„2. Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:”

Lp.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1.	Długość siedziska	50 cm
2.	Szerokość siedziska	61 cm
3.	Głębokość siedziska	46 cm
4.	Bezpieczne obciążenie robocze	325 kg

5.	Szerokość całkowita	szerokość siedziska + 24 cm

6.	Szerokość całkowita po złożeniu	41cm
7.	Wysokość oparcia	51 cm
8.	Wysokość siedziska od podłoża	43 cm
9.	Całkowita wysokość wózka wyłączając uchwyty do pchania	103 cm
10.	Odchylane i zdejmowane oparcia rąk	TAK
11.	Odchylane i zdejmowane oparcia nóg	TAK
12.	Oparcia nóg regulowane	TAK
13.	Tapicerka wykonana z miękkiego i wytrzymałego nylonu łatwego w utrzymaniu czystości i wygodnego dla pacjenta	TAK
14.	Zdejmowane podłokietniki oraz podnóżki umożliwiają łatwe transportowanie	TAK
15.	Koła wyposażone w hamulce	TAK
16.	Pełne tylne koła	24"
17.	Średnica kółek przednich	125 mm
18.	Regulowana wysokość uchwytów do pchania	TAK
19.	Rama wykonana z lakierowanej proszkowo stali chromowo-molibdenowej	TAK

**Odpowiedź: TAK( pozycje ( 1-19)**

Adam Fimiaryz  
 /-/  
 Dyrektor  
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu