



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.43.23

Zamość, dnia 16 czerwca 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie cewników diagnostycznych zbrojonych od niemieckiego producenta o poniższych parametrach:

- Światło wewnętrzne dla 6F 1.40mm /0.055"/, dla 5F 1.19mm /0.047"/
- Dostępne długości cewnika 100 i 110 cm
- Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1000 PSI.
- Konstrukcja strefowa: trzy strefy sztywności na długości cewnika.
- Cewniki diagnostyczne do koronarografii, w tym cewniki typu „Judkins” do lewej i prawej tętnicy wieńcowej.
- Cewniki do wentrykulografii typu Pigtail.
- Cewniki o średnicy zewnętrznej 5-6F.
- Cewniki są zbrojone, odporne na złamanie z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę
- Dostępne krzywizny: JR, JL, AL1, AL2, AR, PIG, TIG I i TIG II

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawów do kaniulacji tętnicy udowej o nast. parametrach:

- introducer udowy z kranikiem trójdrożnym do przepłukiwania
- dostępne rozmiary kaniuli 4F-10F,
- koszulka z mechanizmem typu „click”wyposażona w ucho szewne przy główce,
- w zestawie teleskopowy dylator, przewodnik stalowy dł. 45cm o średnicach 0.021”, 0.035”, 0.038”,
- igła angiograficzna 18Ga/20Ga o długości 7 cm,
- identyfikacja kolorystyczna na główce introducera,
- możliwość wyboru kształtu główki introducera,
- dostępne długości 9cm, 11 cm, 23 cm,
- kaniula widoczna w skopii,
- zastawka hemostatyczna zapewniająca prawidłową szczelności możliwość manewrowania cewnikami,
- gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy wprowadzające do tętnicy udowej o dł. 6 cm dla rozm 3F oraz dł. 7cm dla rozm. 4F. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści introducer promieniowy o następujących parametrach:

- introducer radialny z kranikiem do przepłukiwania 4F/5F/6F/7F,
- koszulka z mechanizmem typu „click” wyposażona w ucho szewne przy główce,
- w zestawie teleskopowy dylator, przewodnik stalowy dł 45 cm i średnicy 0.018” i 0.021”,
- igła angiograficzna 20Ga/21Ga o długości 3.8 cm,
- identyfikacja kolorystyczna na główce introducera,
- możliwość wyboru kształtu główki introducera,
- długość koszulek 7 cm/11 cm.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 6:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy wprowadzające do tętnicy promieniowej hydrofilne o śr. 4F dł. 7cm oraz śr. 5F i 6F dł. 11cm i 23 cm, przewodnik nitinolowy w rozm 0,021”. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zadania 13:

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie: Tesla LSK520, Medtronic 5375, Biotronik EDP20/A.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 25 bezpłatnego użyczenia konsoli kompatybilnej z cewnikiem do aterektomii rotacyjnej?

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. zadania 30:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 30 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracienką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń.

Dane techniczne:

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm

Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm.

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu

Materiał – stop Co Cr

Grubość rozpórki – 68 µm

Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna

Polimer – biostabilny polimer akrylowy

Pokrycie stentu - abluminalne

Materiał balonu – nylon 12

Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube

Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu

Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm

Profil wejścia – 0,016”

Profil przejścia – 0,023”

Skrót perspektywiczny - $\leq 2,0\%$

Siła promieniowa - $\geq 0,17\text{N/mm}^2$

Odrzut (recoil) – 4,0%

Lek: sirolimus (rapamycyna)

Dawka leku: 0,90 µm/mm²

Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów

Ciśnienie RBP – 17 barów

Zgodny cewnik prowadzący – 5F

Zgodny przewódnik – max 0,14”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 32:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 32 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracienką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń.

Dane techniczne:

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm

Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9

mm.

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu

Materiał – stop Co Cr

Grubość rozpórki – 68 µm

Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna

Polimer – biostabilny polimer akrylowy

Pokrycie stentu - abluminalne

Materiał balonu – nylon 12

Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube

Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu

Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm

Profil wejścia – 0,016”

Profil przejścia – 0,023”

Skrót perspektywiczny - $\leq 2,0 \%$

Siła promieniowa - $\geq 0,17\text{N/mm}^2$

Odrzut (recoil)– 4,0%

Lek: sirolimus (rapamycyna)

Dawka leku: 0,90 µm/mm²

Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów

Ciśnienie RBP – 17 barów

Zgodny cewnik prowadzący – 5F

Zgodny przewodnik – max 0,14”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 36:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 36 wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu z bezpolimerowym pokryciem z zakresem długości 8,12,16,18,21,24,28,32,40,48 mm, z zakresem średnic 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm, profil przejścia 0.038” dla stentu o średnicy 3,0 mm, grubość ściany stentu 0.0031” dla średnicy 3,0 mm, shaft dystalny mamy 2.7F, RBP 16 atm dla wszystkich średnic?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 37:

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 37 dopuści złożenie oferty z mikrocewnikiem dwukanałowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radioceniujące?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 38:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów niepodatnych o średnicach 2.0-5.0mm, profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.016” dla wszystkich rozmiarów?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz

adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

Wyjaśnienie: Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie.

Pytanie:

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur w formacie elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym przez platformę PEF brokerinifinite.efaktura.gov.pl

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy dostawy dot. zadania 1, 16, 17, 29 – 32, 34, 36 i 38, znajdującej się w Załączniku nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie § 4 ust. 8 o następującej treści: „Odbiorca nie jest uprawniony do pobrania z depozytu wyrobów, którym upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Odbiorca posiadał w „banku” więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, Odbiorca zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności sprzętu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/ first out.”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany wzoru umowy dostawy dot. zadania 1, 16, 17, 29 – 32, 34, 36 i 38 poprzez dodanie do § 4 ust. 2 o następującym brzmieniu: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu wyrobów, którym upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w „banku” więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, Zamawiający zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności sprzętu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/ first out.”

Pytanie dot. wzoru umowy dla zadania 14 – 15 oraz 36:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 7)

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy wzoru umowy zawartego w SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy dla zadania 14 – 15 oraz 36:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur w formacie elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym przez platformę PEF brokerinifinite.efaktura.gov.pl

Pytanie dot. wzoru umowy dla zadania 36:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy dla zadania 36:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 9 ust. 1, 2:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku, o którym mowa w § 1 ust. 7 w wysokości 0,2% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku;

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy;

3) w przypadku zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 6 - 7, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy dla zadania 14 - 15:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy dla zadania 14 - 15:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1-4:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu użyczenia określonego w § 1 ust. 7, w wysokości 0,1% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 (niniejszy ustęp dotyczy zadania wyszczególnionego w § 1 ust.7).

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto

przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu