



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 07 listopada 2022 r.

DZP 3320.86.22

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę cystoskopów giętkich**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. wzoru umowy

„Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu § 9 pkt nr 2. „ W okresie gwarancji Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń tj.: - wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie, - wszelkie uszkodzenia eksploatacyjne, - zalania i zawilgocenia, - zatkania i uszkodzenia mechaniczne, - inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji”. Na: „W okresie gwarancji Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia naprawę uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji tj.: - wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie, - wymiany naturalnie zużytych lub samoistnie uszkodzonych części i modułów - nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi, w tym uszkodzeń w wyniku upadku, uderzenia, itp. i nie dotyczy materiałów zużywalnych”. Uzasadnienie: Projekt Ministerstwa Zdrowia na zakup „Sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” nie zawiera kosztów materiałów eksploatacyjnych, kosztów serwisowania ani dodatkowego ubezpieczenia sprzętu medycznego. Zapis w umowie dotyczący uwzględnienia gwarancji na uszkodzenia mechaniczne oraz materiały eksploatacyjne wymaga od Wykonawcy dodatkowego ubezpieczenia dostarczanego sprzętu. Koszt takiego ubezpieczenia na okres trwania projektu 5 lat, przewyższa wartość sprzętu. Dodatkowo nie może być przedstawiony w tabeli ze sprzętem medycznym z powodu różnicy w stawce podatkowej VAT, wykonawca musi więc przedstawić koszt ubezpieczenia w osobnej rubryce, która nie została przedstawiona w formularzu cenowym przez Zamawiającego. ”

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Adam Fimiarz
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu