



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 29 lipca 2024 r.

AT.Z.2150.29.4.2024

## **Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na zakup i dostawę wirówek laboratoryjnych w ilości 2 sztuk dla potrzeb Laboratorium Analitycznego wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści rotor horyzontalny 4 x 100ml z odpowiednimi wkładkami redukcyjnymi tj.:

- Wkładka redukcyjna (8 x 13,1mm) na próbówki 8 x 1,6÷7ml do systemów zamkniętych (Maksymalna ilość probówek do umieszczenia wynosi wówczas 32 szt).

Wkładka ta umożliwi Zamawiającemu pracę z m.in: następującymi probówkami: BD Vacutainer® (13 x 75 mm), (1,6-5,3 ml), 7 ml próbówka szklana (12 x 100 mm), 5 ml próbówka szklana (12 x 75 mm), BD Vacutainer® (13 x 100 mm), (4-7 ml), Greiner Vacuette® (13 x 100 mm), (3,5-6 ml), Sarstedt S-Monovette® (13 x 75 mm), (2,7; 3; 4,3 ml), 6 ml próbówka z pokrywką (11,5 x 92 mm), Sarstedt® .

- Wkładka redukcyjna (7 x 16,5mm) na próbówki 7 x 7÷11ml do systemów zamkniętych (Maksymalna ilość probówek do umieszczenia wynosi wówczas 28 szt).

Wkładka ta umożliwi Zamawiającemu pracę z m.in. następującymi probówkami: 10 ml próbówka z pokrywką (16 x 106 mm), BD Vacutainer® (16 x 100 mm), (2,5-11 ml), Greiner Vacuette® (16 x 100 mm), (7-9 ml). i?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 01.08.2024 r. do godz.13.00

Nowy termin otwarcia ofert: 01.08.2024 r. godz. 14.00

Adam Fimiarcz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu