

**„Dostawa wirówki laboratoryjnej  
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Parametry graniczne dla wirówki laboratoryjnej**

<b>lp</b>	<b>Opis</b>		
1	Wykonawca/Producent		
2	Nazwa – model / typ		
3	Rok produkcji		
<b>Lp</b>	<b>Parametr graniczny</b>	<b>Warunek konieczny</b>	<b>Opisać spełnienie TAK/NIE</b>
1.	Rok produkcji 2023 r	TAK	
2.	Rotor horyzontalny.	TAK	
3.	Ilość gniazd na probówki nie mniej niż 70.	TAK	
4.	Regulowana wielkość obrotów oraz czas wirowania.	TAK	
5.	Rotory na probówki o pojemności 4-7 ml. , wymiarach 13/75 mm oraz 16/105 mm.	TAK	
6.	Prędkość wirowania w zakresie od co najmniej 300 do co najmniej 8 000 obr / min.	TAK	
7.	Funkcja programowania ilości obrotów oraz czasu wirowania (co najmniej 3 programy).	TAK	
8.	Awaryjne ręczne otwieranie pokrywy.	TAK	
9.	Wyświetlane w czasie rzeczywistym parametry wirowania : czas wirowania/zakończenia wirowania, obroty.	TAK	
10.	Język menu ekranowego : polski lub angielski.	TAK	
11.	Gwarancja nie mniej niż 3 lata.	TAK	
12.	Autoryzowany serwis i dostępność części zamiennych na terenie kraju.	TAK	
13.	Termin dostawy – 15 dni roboczych od podpisania umowy.	TAK	