



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 31 października 2023 r.

AT.Z.2150.47.2.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę dwóch aparatów EKG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 8

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG, który należy chronić przed zalaniem wodą z wyświetlaczem oraz klawiaturą odporną na mycie ściereczką zanurzoną w wodzie z dodatkiem detergentów ?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt.25

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG bez możliwości odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu