



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.51.23

Zamość, dnia 09 czerwca 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów typu combo do wykrywania antygenów wirusów: grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście.

1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z zestawem testowym COMBO do jakościowego, jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów: grypy typu A, grypy typu B i RSV w wymazach bezpośrednich pobranych z nosa ? ”

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że czułość i swoistość testu spełnia warunki opisane w OPZ oraz w udzielonej odpowiedzi na zapytanie tj. Zamawiający dopuszcza testy o swoistości dla RSV 96,2% spełniające pozostałe kryteria.

dr n. med. Krzysztof Polberg
/-/
Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu