



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 04 października 2022 r.

DZP 3320.73.22

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na modernizację rezonansu magnetycznego Achieva Nova Dual 1,5 T prod. Philips posiadanego przez Zakład Radiologii**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, paragraf 7 ust. 5

„Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zakresu odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego to tych okoliczności, za które odpowiada na zasadzie winy poprzez zmianę pierwszego zdania poprzez dodanie słowa „zawinionym”. Początek zdania brzmiałby wówczas w ten sposób: „Jeżeli w związku z jakimkolwiek zawinionym uchybieniem Podmiotu przetwarzającego ...”.”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 2 dot. załącznika nr 1 do SWZ, pkt 166:

„Prosimy o uszczegółowienie zapisu oraz wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych? Prosimy o precyzyjne wskazanie, jakie prace adaptacyjne mają zostać wykonane, co umożliwi nam rzetelną wycenę oferty”.

Wyjaśnienie: Prace do wykonania: malowanie ścian w klatce Faraday'a (kolor wybrany przez Zamawiającego), czyszczenie wykładziny w pomieszczeniach badań i sterowni, wymiana oświetlenia na LED z regulacją natężenia światła, fototapeta na jednej ze ścian wewnątrz klatki Faraday'a, sześć barwnych paneli świetlnych na suficie z dowolnie wybranym motywem.

Pytanie 3 dot. załącznika nr 1 do SWZ, pkt 167:

„Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku stwierdzenia niesprawności lub nieprawidłowej pracy sprawdzonych elementów Zamawiający zleci na podstawie odrębnego zamówienia naprawę, modernizację lub w razie konieczności wymianę wadliwych elementów?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 4 dot. załącznika nr 1 do SWZ pkt 170:

„Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Wykonawca zobowiązuje się (na własny koszt i we własnym zakresie) do:

- dokonania demontażu i odbioru elementów/ części modernizowanego rezonansu.
- dokonania montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 5 dot. wizji lokalnej:

„Prosimy Zamawiającego o umożliwienie odbycia wizji lokalnej i wyznaczenie terminu wizji”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 6 dot. §10 wzoru umowy oraz działu IV punkt 5 SWZ

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby wykonujące modernizację stacji EWS nie były zatrudnione na umowę o pracę, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 7 dot. załącznika nr 1 do SWZ:

„Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymogu zawartego pod tabelą parametrów technicznych: „Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ” lub dopuszczenie potwierdzenia zaoferowanych parametrów oświadczeniem autoryzowanego przedstawiciela producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Oficjalne dokumenty przedstawiające dane techniczne zawierają uniwersalny, ogólny opis funkcjonalności, który jednoznacznie nie stanowi odwzorowania wymogów opisanych w SWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy

„Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie”. Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 9 dot. wzoru umowy

„Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 10 dot. wzoru umowy

„W związku z wciąż rosnącymi cenami części, pracy i usług spowodowanymi inflacją i zmianami kursu Euro do PLN, w celu możliwości zmiany wynagrodzenia prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wzrostu ceny materiałów, usług lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu. Poziom zmiany ceny materiałów, usług lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na minimum 5% w stosunku do poziom cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, określa się następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia.
3. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o różnicę pomiędzy średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, stanowi 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z pomocą Podwykonawców, w sytuacji zmiany wynagrodzenia opisanej w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów, usług lub innych kosztów dotyczących zobowiązania wykonawcy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu