



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 19 lutego 2025 r.

DO.334.3.2025

Oferenci biorący udział w postępowaniu Nr DO.334.3.2025

Dot. udzielenia odpowiedzi kolejne pytania zadane w postępowaniu

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przekazuję treść kolejnych pytań, dotyczących konkursu ofert nr DO.334.3.2025 z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych wraz z odpowiedziami Udzielającego Zamówienia:

Pytanie nr 1:

„W załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego dla Zadania nr 4 Udzielający Zamówienia jako nazwę badania wskazuje G-test DPD. Czy Udzielający Zamówienia wymaga, aby badania były realizowane zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczącymi testowania aktywności DPD?”

Odpowiedź

Tak, Udzielający wymaga, aby badania były realizowane zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczącymi testowania aktywności DPD.

Pytanie nr 2:

„W odpowiedziach na pytania z dnia 11.02.2025 w pytaniu nr 3 Udzielający Zamówienia wyraził zgodę na przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wykonujących badania na etapie zawarcia umowy. Zgodnie z RODO art. 5 ust. 1 lit c – zakres przetwarzanych danych osobowych musi być adekwatny oraz ograniczony do tego, co niezbędne dla celów, w których są one przetwarzane. Czy w związku z powyższym Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie z przekazanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe części zbędnych informacji stanowiących wrażliwe dane osobowe poprzez ich zaciemnienie tak, aby widocznymi danymi były: - imię i nazwisko - kierunek studiów wraz ze specjalizacją - tytuł zawodowy - nazwa uczelni wraz nazwą jednostki organizacyjnej uczelni jeśli została wskazana Pozostałe dane widoczne na dokumentach potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje tj. m.in. pesel, data urodzenia, zdjęcie nie są konieczne dla potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Ponadto, udostępnienie całości dokumentów, np. w postaci dyplomu ukończenia studiów wiąże się z wymogiem uzyskania od pracowników Wykonawcy dodatkowych zgód i może wymagać zawarcia dodatkowych klauzul dotyczących przetwarzania tych danych przez Udzielającego Zamówienia. W przypadku, gdy Udzielający Zamówienia nie wyrazi zgody, prosimy o podanie listy danych, które muszą być zawarte w dokumentach potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Odpowiedź

Nie, Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie z przekazywanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje jakichkolwiek informacji. Przyjmujący Zamówienie pozostaje zobowiązany do dostarczenia w chwili podpisania umowy kopii dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób, które będą wykonywały świadczenia będące przedmiotem konkursu ofert.

Pytanie nr 3:

„Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wyłączenie z Zadania nr 2 pozycji nr 4 tj. Mutacja genu protrombiny G20210A oraz pozycji nr 5 tj. Mutacja genu czynnika V Leiden G1691A na rzecz stworzenia dla powyższych pozycji odrębnego pakietu? Wydzielenie tych badań od pozostałych analiz zawartych w Zadaniu 2, które dotyczą diagnostyki onkologicznej, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania. Pozycje 4 i 5 dotyczą chorób krzepnięcia krwi, a ich wyodrębnienie w postaci oddzielnego zadania pozwoliłoby na udział w postępowaniu szerszego grona Wykonawców, o tym profilu działalności innym niż laboratoria związane z diagnostyką onkologiczną.

Odpowiedź

Nie, Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na wyłączenie wymienionych badań do odrębnego zadania. Wiążące pozostają dotychczasowe zapisy Warunków Konkursu.

Pytanie nr 4:

„Uprzejmie prosimy o informację czy zastosowana metoda NGS (Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SWKO, Zadanie 2, poz. 1) powinna wykrywać zarówno proste mutacje (substytucje, niewielkie delecje, insercje), jak i duże delecje i duplikacje eksonów (CNV), które występują w polskiej populacji w badanych genach MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, SMAD4, BMPR1A, EPCAM, MUTYH, APC, PTEN?

Odpowiedź

Tak, metoda powinna wykrywać wszystkie wymienione mutacje.

Powyższe zmiany wynikające z ustosunkowania się przez Udzielającego Zamówienia do otrzymanych w postępowaniu pytań, zostały uwzględnione w zmienionych Warunkach Konkursu, poprzez wprowadzenie nowego brzmienia Załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego – Oferta cenowa oraz Załącznika nr 2 do Warunków Konkursu- Wzór Umowy.

Adam Fimiarsz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu