



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 30 listopada 2023 r.

AT.R.334.59.2023

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do postępowania AT.R.334.59.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. **”Dostawa wózka do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Patologii Ciąży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

: wpłynęło 1 pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

„1. Czy Zamawiający dopuści wózki o poniższych parametrach:

- długość siedziska 41 – 56 cm, **Odpowiedź: Tak.56cm.**

-szerokość siedziska -55 lub 61**Odpowiedź:Tak.61 cm.**

- bezpieczne obciążenie robocze 270 lub 450 kg,**Odpowiedź:Tak**

- szerokość całkowita: Szerokość siedziska +18 cm,**Odpowiedź: Tak**

- wysokość siedziska od podłoża 36 – 51 cm,**Odpowiedź: Tak**

- wysokość całkowita wózka 100 – 110 cm: wysokość oparcia 65 – 75 cm (nie uwzględnia rączek)**Odpowiedź: Tak**

- tapicerka – tkanina poliestrowa na podłożu PCV i pianka poliuretanowa – materiały zgodnie z normą przeciwpożarową CATB117 – 2013.**Odpowiedź:Tak**

- zdejmowane podłokietniki i podnóżki: tak,**Odpowiedź:Tak**

- regulowana wysokość siedziska: tak,**Odpowiedź:Tak**

- dodatkowe oparcia pod okrężnicę wykonane z miękkiego materiału .Dostępny dodatkowy pasek **Odpowiedź:Tak**

- koła pompowane wyposażone w hamulce: nie pompowane, tak z hamulcami.” **Odpowiedź:Tak.Nie pompowane koła.**

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu