

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.**

Dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki

nr sprawy: DZP.3320.43.23

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
4. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy.
5. Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamość, dnia 12 maja 2023 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala

- adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.zam.pl

- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰- 14³⁵

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: <http://www.szpital.zam.pl/> oraz <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).

CPV: 33.12.41.30-5

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Cewniki diagnostyczne – 3 000 szt.

- cewnik diagnostyczny do lewej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik diagnostyczny do prawej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik diagnostyczny PIG 5 – 6 F
- cewnik MPA 5 F - 7 F
- inne

Parametry wymagane:

- atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii
- średnica wewnętrzna 6 F – co najmniej 0,051”

- jednorodne metalowe zbrojenie wbudowane w ścianie na całej długości cewnika
- dobra pamięć kształtu
- odporność na złamania, siła podparcia
- manewrowalność
- dostępna długość cewnika 125 cm dla JL4, JR4, IM, MPA, PIG

Zadanie 2 – Cewniki diagnostyczne uniwersalne i atraumatyczne – 3 000 szt.

- cewnik diagnostyczny do lewej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik diagnostyczny do prawej t. wieńcowej 5 – 6 F
- cewnik uniwersalny do prawej i lewej tętnicy wieńcowej 5 – 6 F

Parametry wymagane:

- kompatybilny z przewodnikiem 0,038"
- sztaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych segmentach
- końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna
- dobrze widoczne w skopii - z końcówką cieniującą
- cewnik zbrojony opłotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej w części proksymalnej, część dystalna i końcówka bez opłotu

Zadanie 3 – Zestawy wprowadzające do tętnicy udowej- koronarografia – 700 szt.

- Introduktor naczyniowy do dojścia udowego - wraz z igłą angiograficzną

Parametry wymagane:

- zestaw zawierający introduktor z zastawką hemostatyczną, igłę, przewodnik, rozszerzacz, boczny odpływ z kranikiem
- kaniula odporna na złamania i zagięcia
- średnice od 3F do 9F (w rozmiarach 5F - 8F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F)
- długość 11 cm, 23 cm
- igła prosta 18G x 7 cm (dla rozmiaru 3F: 21G x 3.8 cm; dla rozmiaru 4F: 19G x 5 cm)
- przewodnik J .035" x 40 cm (dla rozmiaru 3F: .018" x 35 cm; dla rozmiaru 4F: .022" x 40 cm)
- atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką
- zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem
- niezmienność światła na całej długości
- oferowany w zestawie z igłą i liderem
- przewodnik w formie sprężynki na całej długości

Parametry oceniane:

- łatwość wprowadzania 1 – 3 pkt

Zadanie 4 – Zestawy wprowadzające do tętnicy udowej długie i bardzo długie - koronarografia

A. Zestawy wprowadzające do tętnicy udowej długie i bardzo długie - koronarografia – długość 24 cm - 50 szt.

B. Zestawy wprowadzające do tętnicy udowej długie i bardzo długie - koronarografia - długość 45 cm - 50 szt.

Parametry wymagane:

- długości 24 i 45 cm 6 – 8 F – koszulka zbrojona z opłotem metalowym z portem bocznym i zastawką hemostatyczną
- dilatator
- atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulka
- łatwość rotacji i manewrów cewnikiem przez zastawkę

Zadanie 5 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej – 4 000 szt.

Introduktor naczyniowy do dojścia promieniowego - wraz z igłą angiograficzną

Parametry wymagane:

- dostępne długości: 7 ± 1 cm, 10 ± 1 cm
- dostępne średnice 4F - 7F
- przewód 0.018" z miękką końcówką w zestawie
- zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem
- niezmiennosc światła na całej długości
- atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem
- oferowany w zestawie z igłą i liderem

Parametry oceniane:

- łatwość wprowadzania 1 – 3 pkt

Zadanie 6 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej hydrofilny – 1 000 szt.

Parametry wymagane:

- cienkościenna koszulka przeznaczona do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych
- dostępne średnice 4 Fr - kompatybilne z cewnikiem 5 Fr
- dostępne średnice 5 Fr - kompatybilne z cewnikiem 6 Fr
- dostępne średnice 6 Fr - kompatybilne z cewnikiem 7 Fr
- dostępne długości 10 i 16 cm
- w zestawie przewód 0,021" lub 0,025"
- igła w zestawie
- koszulka pokryta śliską powłoką, odporna na złamanie
- atraumatyczne przejście między rozszerzaczem a koszulką
- szczelna zastawka hemostatyczna

Parametry oceniane:

- łatwość wprowadzania 1 – 3 pkt

Zadanie 7 – Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki wysokociśnieniowej – 50 szt.

Parametry wymagane:

- długość 150 cm
- wykonanie z przezroczystego materiału
- rotowana męska końcówka
- wysokociśnieniowe 1200 PSI
- szczelność rotowanej końcówki

Zadanie 8 – Prowadniki diagnostyczne - 4 000 szt.

- diagnostyczny śr. 0,038 lub 0,035" długość 150 ± 5 cm
- diagnostyczny śr. 0,038 lub 0,035" długość 280 ± 20 cm

Parametry wymagane:

- dobra widoczność w skopii
- stałość konstrukcji, pokrycie teflonem lub hydrofilne
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- sztywna część proksymalna
- odporność na odkształcenia
- końcówka prosta i typu J

Zadanie 9 – Diagnostyczne prowadniki o bardzo wysokiej hydrofilności - 500 szt.

- diagnostyczny śr. 0,038" lub 0,035" długości 150 ± 5 cm i 260 ± 10 cm

Parametry wymagane:

- dobra widoczność w skopii
- stałość konstrukcji, pokrycie hydrofilne bez oplotu
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- sztywna część proksymalna
- sprężystość
- odporność na odkształcenia

Zadanie 10 - Wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml – 50 szt.

Parametry wymagane:

- pasujące do strzykawki automatycznej Marc V ProVis producent Medrad
- pasujące do strzykawki automatycznej Marc V Plus producent Medrad

Zadanie 11 – Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po usunięciu zestawu wprowadzającego – 500 szt.

Parametry wymagane:

- zestaw wprowadzający wystarczający i płynnie regulowany ucisk t. promieniowej
- zestaw nieblokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy
- część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy
- sterylność zestawu
- zestaw dostępny co najmniej w dwóch rozmiarach
- łatwość założenia
- skuteczność zamknięcia
- właściwa stabilizacja

Parametry oceniane:

- stabilność ucisku po założeniu 1 – 3 pkt

Zadanie 12 – Opaska uciskowa na tętnicę promieniową – 4 000 szt.

Parametry wymagane:

- opaska nieblokująca ucisku żylnego podczas ucisku
- możliwość regulacji stopnia ucisku pokręteł
- silikonowa podkładka umożliwiająca podgląd miejsca nakłucia tętnicy

Parametry oceniane:

- stabilność ucisku po założeniu 1 – 3 pkt

Zadanie 13 – Elektrody do czasowej stymulacji serca bipolarne - 80 szt.

- Parametry wymagane:
- średnica elektrody 6 F
- typ końca dystalnego zagięty
- połączenie elektrody ze stymulatorem czasowym bez użycia łączników

Zadanie 14 – Zestawy jałowe do zabiegów koronarografii i PTCA – 5 000 szt.

Parametry wymagane:

- W skład zestawu wchodzi:
- dwa fartuchy w rozmiarach XL, dodatkowo wzmacniane, z warstwą absorpcyjną
- prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z włókna SMS miękkiej o rozmiarze 240 x 370 cm, z dwoma otworami podklejonymi folią przylepną do tętnic promieniowych w rozmiarze 6 x 8 cm oraz dwoma otworami okrągłymi do tętnic udowych podklejonymi folią przylepną o średnicy otworu 6 - 8 cm. Otwory położone w równej linii od tętnic promieniowych i udowych
- prześcieradło posiadające warstwę chłonną wykonaną w kształcie litery T w okolicach otworów udowych o wymiarze 100 x 145 ± 5 cm i promieniowych o wymiarze 240 x 90 ± 5 cm oraz przezroczystą krawędź do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego umieszczoną od dołu chusty o wymiarach 70 x 147 ± 5 cm
- prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną
- zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny: serweta o wymiarze nie mniejszym niż 100 x 90 cm
- przezroczysta osłona foliowa pasująca na wzmacniacz Kaniuga o wymiarze 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt.
- osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90/ 100 cm – otwór na długim boku – 1 szt.
- rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przezroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów z łącznikiem luer-lock – 1 szt.
- skalpel nr 11 – 1 szt.
- miseczki 2 szt.: 0.7 - 1 litra i 0.45 – 0.5 litra. Miseczki ze sztywnego tworzywa, niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu
- gaziki bawełniane ośmiowarstwowe 7.5 x 7.5 cm - 20 szt.
- strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka przezroczystości cylindra 10 ml – 1 szt.
- strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra – 1 szt.
- strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra –

2 szt.

- strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra – 1 szt.
- igła 0.6 mm długości 30mm – 1 szt.
- przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock – 1 szt.
- linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przezroczysty – 1 szt.
- w zestawie przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną kompatybilny z posiadanym monitorem. Połączenie z kablem interfejsowym linowe, wodoszczelne - 1 szt (Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami)
- wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon

Zadanie 15 – Igła do nakłucia tętnicy udowej – 200 szt.

Parametry wymagane:

- igła 18G
- kompatybilna z przewodnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038”

Zadanie 16 – Cewnik bezkoszulkowy do PTCA – 50 szt.

Parametry wymagane:

- do dostępu z dojsścia promieniowego
- dostępne średnice: 6.5F – 0.070”
7.5F – 0.080”
8.5F – 0.090”
- pokrycie hydrofilne
- długość cewnika 100 cm
- różne końcówki dostosowane do nietypowych odejść naczyń wieńcowych

Zadanie 17 – Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do trudnych zabiegów z dostępu promieniowego – 200 szt.

Parametry wymagane:

- średnice 5, 6, 7F
- cewnik zbrojony opłotem metalowym
- długość 100 cm
- niezmiennie światło na całej długości cewnika (co najmniej 0,071” dla 6F i 0.081” dla 7F)
- duża gama krzywizn w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU
- odporny na złamanie i skręcenie
- dostępny cewnika przedłużający prosty 120 cm do zabiegów teleskopowych typu „child in mother”

Zadanie 18 – Prowadniki specjalistyczne do zmian trudnych i krętych – 1 000 szt.

Parametry wymagane:

- prowadnik 0.014”
- długość 190 i 300 cm, typu J i prosty z możliwością modelowania końcówki

- przeniesienie obrotu 1:1
- przewód ze stali 316L wykonany z jednego kawałka drutu core-to-tip
- dostępne sztywności końcówki 0.5-0.7 gram
- pokrycie hydrofilne dystalnego odcinka
- dystalna część końcówki wpleciona w 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i manewrowość oraz czucie przewodnika

Zadanie 19 - Przewód specjalistyczny do zwapniałych i rozlanych zmian, bardzo ciasnych naczyń - 500 szt.

Parametry wymagane:

- przewód 0.014"
- długość 190 i 300 cm, typu J i prosty z możliwością modelowania końcówki
- przeniesienie obrotu 1:1
- przewód ze stali 316L wykonany z jednego kawałka drutu core-to-tip
- dostępne sztywności końcówki 0.5-12 gram
- dostępny przewód z dystalną częścią uplecioną z drutów zapewniający wysoką odporność, manewrowość i czucie przewodnika
- dostępny przewód przedłużający

Zadanie 20 - Przewód podstawowy do udrożeń - 100 szt.

Parametry wymagane:

- przewód dedykowany do zabiegów CTO, średnica 0,014"
- dostępne końcówki robocze taperowane 0,010"- 0,012"
- wykonany ze stali nierdzewnej
- dostępny przewód z wydłużoną, taperowaną końcówką dystalną, ułatwiającą penetrację zmian
- dostępny przewód z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie przewodnika
- rdzeń przewodnika wykonany z jednego kawałka drutu
- dostępne różne sztywności końcówki 1,7g-4,5g
- obecna końcówka cieniująca
- dostępny kształt końcówki: prosta, J 1 mm
- pokrycie hydrofilne na dystalnej części przewodnika
- dostępne różne długości: 190-330 cm
- przeniesienie obrotu 1:1

Zadanie 21 - Przewód do CTO o dużej sile penetracji - 50 szt.

Parametry wymagane:

- przewód do przechodzenia przez zamknięte i zwapniałe naczynia
- średnica 0,014"
- długości 190 i 300cm
- pokrycie hydrofilne
- taperowana „ostra” końcówka 0,008"
- dostępne różne sztywności końcówki w tym bardzo wysoka 10-14g do penetracji bardzo twardych zmian

Zadanie 22 - Prowadnik do kolaterali - 20 szt.

Parametry wymagane:

- prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale)
- średnica 0,014"
- prowadnik wykonany ze stali 316L
- dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność, manewrowalność oraz czucie prowadnika
- sztywność końcówki 0,3 g
- długość opłotu 19 cm
- końcówka cieniująca 3 cm (platyna)
- kształt końcówki pre-shape
- pokrycie hydrofilne na dystalnych 52 cm
- długość 190 cm

Zadanie 23 - Mikrocewniki do szczególnych podtypów zmian - 20 szt.

Parametry wymagane:

- mikrocewnik z przeniesieniem obrotu dla prowadników 0,014" w tym końcówką gwintowaną oraz metalową
- budowa wielowarstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem,
- dostępne długości: 135 cm i 150 cm
- kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi

Zadanie 24 - Mikrocewniki z zagiętą końcówką - 10 szt.

Parametry wymagane:

- mikrocewnik wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014" prosty oraz z wygiętą końcówką 90° i 120°
- wielopłaszczyznowe zbrojenie
- dostępne różne końcówki: prosta i kilka rodzaj zagiętych
- dystalna część z pokryciem hydrofilnym
- średnica wewnętrzna – min. 0,018"

Zadanie 25 – Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem wraz z dzierżawą konsoli sterującej - 50 szt.

Parametry wymagane:

- średnice w zakresie 1.25 -2.5 mm
- długość cewnika 135 cm
- kompatybilny z prowadnikiem 0.009"
- pełne sterowanie urządzenia za pomocą przełączników na łączniku

Na Wykonawcy, w ofercie, jest zobowiązany do podania modelu oferowanej konsoli.

Zadanie 26 - Prowadnik do cewnika do aterektomii rotacyjnej – 50 szt.

Parametry wymagane:

- długość prowadnika 330 cm

- średnica 0.009"
- dostępne dwie sztywności przewodnika
- końcówka 0.014" długości min. 2 cm dobrze widoczna w skopii

Zadanie 27 – Cewnik do aterektomii orbitalnej wraz z dzierżawą konsoli sterującej - 20 szt.

Parametry wymagane:

- system z cewnikiem z ekscentrycznie umieszczoną diamentową koroną średnicy 1,25 mm i platformą sterującą
- długość cewnika 135 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0.012"

Na Wykonawcy, w ofercie, jest zobowiązany do podania modelu oferowanej konsoli.

Zadanie 28 – Przewodnik do aterektomii orbitalnej wraz z lubrykantem

A. Przewodnik do aterektomii orbitalnej - 20 szt.

B. Lubrykant - 20 szt.

Parametry wymagane:

- długość cewnika min 300 cm
- średnica proksymalna 0.012"
- tip load 1,0 g
- współpracujący z systemem do aterektomii orbitalnej

Zadanie 29 – Stentgrafy – 10 szt.

Parametry wymagane:

- średnice w zakresie 2.5 – 5.0 mm $\pm$ 0.2 mm
- kompatybilne z cewnikiem 5F dla średnicy <4,0mm

Zadanie 30 – Stenty na balonie uwalniające leki - 300 szt.

Parametry wymagane:

- system stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru
- biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw
- substancja czynna – zotarolimus lub sirolimus
- platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo
- budowa stentu otwartokomórkowa
- dostępne średnice stentu od 2,0 do 5,0 mm
- długości stentu dla średnic 2,0 – 4,0 od 8 do 38 mm
- maks. rozszerzenie stentu 4,5 i 5,0mm do 6.00 mm
- profil przejścia stentu 0,038 dla rozmiaru 3,0 mm
- profil przejścia stentu 0,048 dla rozmiaru 5,0 mm
- grubość stratów dla stentu 4,5 i 5,0 mm maks. 0,0036" (91 μ m)
- szafst dystalny maks. 3.2F (dla stentów 4,5 i 5,0), proksymalny 2.1F
- ciśnienie nominalne - 12 atm. Ciśnienie RBP minimum 16 atm
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla całego zakresu średnic (0,056")

- bezpieczeństwo i skuteczność stentów potwierdzone wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum pięcioletnią obserwacją ponad 7500 pacjentów
- brak zwiększonego ryzyka zakrzepicy stentu po przerwaniu lub zakończeniu podwójnej terapii przeciwplatekowej (DAPT) po upływie jednego miesiąca od zabiegu (potwierdzone w instrukcji obsługi oraz dostępne randomizowane badania na grupie ponad 900 pacjentów)

Zadanie 31 – Stent uwalniający lek z bioabsorbawalnym polimerem - 500 szt.

Parametry wymagane:

- substancja czynna uwalniająca ze biodegradowalnego polimeru na stopie kobaltowo-chromowym
- sposób pokrycia lekiem abluminalny - brak leku na kolektorach platformy
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 14 atm w pełnym zakresie średnic
- grubość ściany stentu maks. 80µm
- niewielka dawka leku: maks. 4µg/mm
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 9-38 mm dla pełnego zakresu średnic (2,25 – 4,0 mm)
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 - 4,0 mm
- ciśnienie nominalne co najmniej 9 atm
- niski profil wejścia 0.017” dla wszystkich rozmiarów
- bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu (co najmniej 4,5 mm² dla stentu 3,0 mm)
- kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów

Zadanie 32 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji do trudnych zmian – 300 szt.

Parametry wymagane:

- stent ze stopu kobaltowo-chromowego
- stent ze stałym polimerem uwalniający analog everolimus
- grubość ściany stentu 0,0032”
- crossing profile 0,039”
- długość systemu doprowadzającego 145 cm
- przedział średnic: 2,0–4,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0)
- długości dla wszystkich średnic: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm
- ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2,0-2,5 i 12 atm dla średnic 2,75-4,0
- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów
- bardzo dobry dostęp do bocznic
- skrócenie stentu po implantacji: 0% (ciśnienie nominalne)
- możliwość rozprężenia stentu o średnicy 3,5 i 4,0 do średnicy 5,5 mm

Zadanie 33 – Cewnik do optycznej tomografii koherentnej (OCT) – 100 szt.

Parametry wymagane:

- długość robocza 135 cm
- kompatybilny z przewodnikiem 0.014”
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr
- w zestawie oprócz cewnika do OCT, jałowa osłona oraz 3 ml strzykawka
- odcinek Rx 17-19 mm

- soczewka do obrazowania 23-29 mm od TIP
- marker środkowy bezpośrednio przed soczewką
- dostępne długości pasażu 54 lub 75 mm
- markery głębokości 90-10 cm
- możliwość korejstracji obrazu angiograficznego z obrazem OCT

Zadanie 34 – Stent wieńcowy dedykowany dla pacjentów z cukrzycą – 100 szt.

Parametry wymagane:

- stent wycinany laserowo typu „slotted tube”
- dostępne średnice stentu: 2,0 – 4,5 mm
- dostępne długości stentu: 9 – 46 mm
- markery platynowe na końcach stentu ułatwiające pozycjonowanie
- stent uwalniający Sirolimus, lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku
- pokrycie węglem pirolitycznym zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu
- siła radialna minimum 18 psi

Zadanie 35 - Higieniczne okrycia ochronne – 5 000 szt.

Parametry wymagane:

- niepyłące prześcieradło o wymiarach 100 ± 5 cm x 200 ± 5 cm, udźwig minimum 250 kg
- podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem min. 6 g o chłonności 1800 ml i wymiarze 75×90 cm ± 2 cm, wykonany z włókniny od strony pacjenta na całej powierzchni podkładu, warstwa zewnętrzna wykonana z folii

Zadanie 36 – Stent wieńcowy o bardzo wysokiej dostarczalności - 200 szt.

Parametry wymagane:

- bezpolimerowe pokrycie stentu
- dedykowany do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych, krętych i mocno zwężonych odcinkach naczyń
- niski profil przejścia dla stentu o średnicy 3,0 mm maks. 0.035”
- niski profil wejścia do zmiany maks. 0.016”
- grubość ściany stentu 0.0022” dla średnicy 3,0 mm
- długość stentów we wszystkich średnicach 9-38 mm
- średnica od 2.0 do 4.0 mm
- shaft proksymalny – 1.9F, dystalny – 2.5F
- RBP min. 18 atm dla stentu o średnicy 3.0 mm

Zadanie 37 – Mikrocewnik dwuświatłowy OTW - 20 szt.

Parametry wymagane:

- kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F lub większymi
- długość robocza 140 cm z dwoma światłami OTW biegnącymi przez całą długość mikrocewnika
- kompatybilny z prowadnikami 0,014”/ 0,36 mm lub mniejszymi, umożliwiający wymianę prowadników w obu światłach bez konieczności wycofywania mikrocewnika na zewnątrz cewnika prowadzącego
- kanały OTW posiadające na dystalnych końcach mikrocewnika trzy ujścia – jedno

- na taperowanej, elastycznej, atraumatycznej końcówce, 2 pozostałe ujścia wyprowadzone w przeciwnych kierunkach, umożliwiające kontrolę kierunku wyjścia przewodnika
- elastyczna końcówka w całości widoczna w skopii, oba ujścia boczne, w odległości 8 mm i 12 mm, również widoczne w skopii
- hydrofilna powłoka zewnętrzna obejmująca co najmniej 25 cm dystalnej części mikrocewnika

Zadanie 38 - Balony niepodatne do dużych naczyń – 200 szt.

Parametry wymagane:

- średnice do 6,0 mm
- długości 6-30 mm
- kompatybilne z przewodnikiem 0.014" i cewnikiem prowadzącym 6F
- ciśnienie nominalne (NP) 12ATM
- ciśnienie RBP minimum 18 ATM
- duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów
- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów

Zadanie 39 - Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F – 50 szt.

Parametry wymagane:

- zestaw składający się z 3 elementów: urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; popychacza węzła, obcinarki
- możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch
- wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach

- Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w ramach danego zadania oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
- Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniach 1, 16, 17, 29 – 32, 34, 36 i 38 będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu” w ilości 20% wymaganego w poszczególnych zadaniach asortymentu. Termin utworzenia „Banku sprzętu” to dwa tygodnie licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będą własnością Wykonawcy do chwili jego wykorzystania przez Zamawiającego, o czym Wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

- W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:
 - Karty katalogowe/ ulotki** oferowanego przedmiotu zamówienia;
 - Charakterystykę techniczną – jakościową** oferowanego przedmiotu zamówienia. Charakterystyka musi zawierać dane na temat nazwy handlowej, parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
 - Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia** (służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert). Zamawiający

wymaga przedstawienia próbek dla następujących zadań:

Zadanie 3, 5, 6, 11, 12: w ilości po 1 szt.

2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/ 2014.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP i wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - „JEDZ”.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
7. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych** tj.:
 - 1) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy**, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 2) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy**, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 3) **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
 - 4) **oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji** zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
 - c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy;
 - 5) **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 6) **oświadczenia Wykonawcy** dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
 - 1) dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

- 2) dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
10. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 10 stosuje się.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

X. Wadium

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Zadanie 1 – 1 200 zł | - Zadanie 21 – 150 zł |
| - Zadanie 2 – 900 zł | - Zadanie 22 – 150 zł |

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Zadanie 3 – 200 zł | - Zadanie 23 – 600 zł |
| - Zadanie 4 – 100 zł | - Zadanie 24 – 200 zł |
| - Zadanie 5 – 2 200 zł | - Zadanie 25 – 1 600 zł |
| - Zadanie 6 – 900 zł | - Zadanie 26 – 250 zł |
| - Zadanie 7 – 20 zł | - Zadanie 27 – 1 500 zł |
| - Zadanie 8 – 1 900 zł | - Zadanie 28 – 200 zł |
| - Zadanie 9 – 700 zł | - Zadanie 29 – 350 zł |
| - Zadanie 10 – 10 zł | - Zadanie 30 – 3 600 zł |
| - Zadanie 11 – 100 zł | - Zadanie 31 – 6 100 zł |
| - Zadanie 12 – 700 zł | - Zadanie 32 – 1 800 zł |
| - Zadanie 13 – 100 zł | - Zadanie 33 – 3 400 zł |
| - Zadanie 14 – 9 000 zł | - Zadanie 34 – 1 300 zł |
| - Zadanie 15 – 50 zł | - Zadanie 35 – 600 zł |
| - Zadanie 16 – 150 zł | - Zadanie 36 – 1 500 zł |
| - Zadanie 17 – 400 zł | - Zadanie 37 – 600 zł |
| - Zadanie 18 – 2 200 zł | - Zadanie 38 – 300 zł |
| - Zadanie 19 – 1 500 zł | - Zadanie 39 – 300 zł |
| - Zadanie 20 – 400 zł | |

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu oraz numer sprawy.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - 1) upływu terminu związania ofertą;
 - 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
 - 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona;
 - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

- wybrana jako najkorzystniejsza;
- 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9 niniejszego Rozdziału, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej adres: zamowienia@szpital.zam.pl oraz Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.43.23.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
 - 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl> lub <https://oneplace.marketplanet.pl>;
 - 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując

- kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
- 3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
- 4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
6. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 - zwane dalej „Rozporządzeniem”), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
- 1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PadES;
 - 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 - 4) włączona obsługa JavaScript;
 - 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

XII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XIV. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 września 2023 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
 - 1) **Formularz „oferta Wykonawcy”** (zał. nr 1 do SWZ);
 - 2) **Oferta cenowa** przygotowana w sposób podany w rozdz. XVIII SWZ;
 - 3) **Oświadczenie** o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (**JEDZ**);
 - 4) **Przedmiotowe środki dowodowe**;
 - 5) **Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty**, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 - 6) **Dowód wniesienia wadium**.
2. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>.

Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.

Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy.
7. Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
 - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
 - 2) w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania;
 - 3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
 - 4) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy PZP;
 - 5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
 - 6) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 - 7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
8. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
12. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
13. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
14. Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SWZ informacje.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert.

1. **Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00.** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:
<https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>.
2. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 26 czerwca 2023 r. godz. 11:00. Paczka powinna być zatytułowana "Próbki do postępowania pn. Dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki".
3. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Do upływu terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

XVII. Termin otwarcia ofert.

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2023 r., o godzinie 12:00.**
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVIII. Sposób obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:

Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

W przypadku zadań 25 oraz 27 Wykonawca jest zobowiązany do podania miesięcznego kosztu czynszu dzierżawnego za oferowane konsole oraz podania łącznej ceny netto i brutto całości zadania (cena oferowanego towaru + roczny koszt dzierżawy konsoli).

2. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
3. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XIX. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

2. Dla zadań 1, 2, 4, 7 – 10, 13 - 39:

- 1) Cena – 100%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

3. Dla zadań 3, 5, 6, 11, 12:

- 1) Cena – 60%
- 2) Ocena techniczna – jakość – 40%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.

Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno – jakościowej/ kart katalogowych/ ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych lub na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.

Zasady przyznawania punktów wstępnych:

- przy ocenie parametru „Łatwość wprowadzania” ocena będzie następująca: 3 pkt – b. dobry, 2 pkt - dobry i 1 pkt – słaby.
- Wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale V. SWZ - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Próbki stanowią integralną część oferty. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia tj. stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia odwołanie lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.