



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 28.06.2024 r.

AT.Z.2150.49.1.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę szybkich testów urazowych w kierunku wykrywania Helikobakter Pylori wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy dopuszczą Państwo złożenie oferty na polskie, równoważne testy kasetkowe do wykrywania H.pylori, które nie posiadają taśmy "zabezpieczającej" a właściwie klejącej. Taśma nie jest według naszego producenta czynnikiem odróżniającym merytorycznie te testy, a dodatkowo stanowi bardzo niewygodny element, który klei się do rękawiczek personelu obsługującego takie testy. Nasze testy posiadają przesuwne okienko zabezpieczające próbkę w kasetce, co ułatwia i usprawnia stosowanie takiego testu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu