



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 07.12.2023 r.

AT.Z.2150.29.9.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wirówki laboratoryjnej na potrzeby Laboratorium Analitycznego wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby wirówka miała zakres regulacji temperatury od -10 do +40 stopni Celsjusza?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu