

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie nr 1**Wózek reanimacyjny – 1 sztuka**

Lp.	Nazwa parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Urządzenie nowe, 2023 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Wózek reanimacyjny	TAK	
3.	Powierzchnia łatwa do dezynfekcji, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
4.	4 kółka jezdne, skrętne, w tym minimum 2 z blokadą	TAK Podać	
5.	Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości	TAK	
6.	Górna półka wyposażona w relingi lub wysoki rant zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów	TAK	
7.	Półka pod defibrylator	TAK	
8.	Pojemniki na odpady	TAK	
9.	Wysuwane szuflady, minimum 2 sztuki	TAK opisać	
10.	Wymiary: długość 70 cm +/- 10 cm, szerokość 47 cm +/- 5 cm, wysokość 90 cm +/- 5 szt	TAK Podać	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie nr 2**Szafa na leki – 1 sztuka**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
1.	Szafa fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 r. Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Przeszklona	TAK	
3.	Zamykana na klucz	TAK	
4.	Jedno drzwiowa	TAK	
5.	Metalowa	TAK	
6.	Malowana proszkowo	TAK	
7.	Minimum 4 półki	TAK Podać	
8.	Wymiary: 180 cm x 42 cm x 60 cm +/- 5 cm	TAK Podać	

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie nr 3**Stoliki instrumentalne – 16 sztuki**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
1.	Stoliki instrumentalne fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 r. Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Podstawa jezdna z minimum 3 kołami skrętnymi, w tym minimum 1 z blokadą	TAK Podać	
3.	Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości	TAK Podać	
4.	Wykonany z blachy i profili metalowych, malowany proszkowo lub ze stali nierdzewnej	TAK podać	
5.	Materiał odporny na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
6.	Blat roboczy z pogłębieniem	TAK podać	
7.	możliwość regulacji wysokości stolika min 900 mm max 1400 mm +/- 30 mm	TAK Podać	
8.	Grubość blachy minimum 1,5 mm	TAK podać	
9.	Wymiary: wysokość 900-1400 mm +/- 30 mm, głębokość 600 mm +/- 20 mm, szerokość 400 mm +/- 20 mm	TAK podać	

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.