



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 21.04.2021 r.

AT.Z.2150.17.3.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę unitu stomatologicznego i autoklawu dla AOS wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:

Zadanie nr 2 – Autoklaw – 1 szt:

„Czy Zamawiający dopuści do oceny autoklaw o pojemności 23l i mocy 2.400W, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu