

DZP.3320.36.22

Zamość, dnia 8 lipca 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa sprzętu do zabiegów wieńcowych wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?


Connectors available



Wyjaśnienie: Edward.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:



Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym (o gramaturze 126g/m²) zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w

kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP (o gramaturze 15g/m²), wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Warstwa spodnia (o gramaturze 70g/m²) wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby prześcieradło zapewniało trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 5 balonów niepodatnych o długościach 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych typu non compliant RX o poniższych parametrach

- zakres średnic: 2,0 - 5,00 mm; (2,0, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm)
- długości: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm
- ciśnienie nominalne 12 atm;
- ciśnienie RBP 20atm dla średnicy 1,50-4,00 mm, dla 4,50-5,00 - RBP - 18 atm,
- duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu);
- przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP poniżej 4,4% dla wszystkich rozmiarów.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy w zadaniu nr 5- Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego niepodatnego, o dużym zakresie rozmiarów, wysokociśnieniowego o następujących parametrach:

- dostępne średnice 2,0-5,0 mm (2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00); 4,5 oraz 5,0 mm dostępne wyłącznie w długościach 15 i 20 mm
- długości 8; 12; 15; 20; 30 mm
- ciśnienie nominalne (NP) 14 atm
- ciśnienie RBP: 18 atm (ø 4,5 – 5,0 mm); 20 atm (ø 2,0 – 4,0 mm)
- duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), zwiększenie średnicy balonu od 3,0mm do 3,09 mm w roboczym zakresie ciśnień - NP do RBP (<3%/atm przy RBP w stosunku do średnicy przy ciśnieniu nominalnym NP)
- profil wejścia - 0.018" ?"

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia o długości 152 cm, nie posiadającego wbudowanego portu do testowania poprawności działania systemu, ponieważ zaoferowane przez nas przetworniki są już wstępnie wykalibrowane i nie wymagają dodatkowego testowania.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy?

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy w zboru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów §6 ust. 1 tak, aby otrzymał poniższe brzmienie:

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy w zboru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 i 3:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 2/ 3 stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ poprzez zmianę brzmienia par. 2 pkt 2 na następujące brzmienie: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w Banku więcej niż jedną sztukę danego sprzętu, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt z krótszym terminem ważności. Zamawiający zobowiązuje się nie pobierać z Banku sprzętu, któremu upłynął termin ważności”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy w zboru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach

postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Adam Fimiarez

/-/

p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu