

Zamość, 2020.05.18



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOĄŻENIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.22.1. 2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie: Nr 1 dotyczy zadania nr: 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie pipet Paustera o poj. 3,5ml z podziałką:

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie: Nr 2 dotyczy zadania nr: 1 poz. 1 i 4

Zwracam się z prośbą o wyłączenie do oddzielnego postępowania pakietu po 1 i 4. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie firm i uzyskanie ofert bardziej konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie: Nr 3 dotyczy zadania nr: 1 poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie próbki o poj. 5 ml i wymiarach 12 x 75mm

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie: Nr 4 dotyczy zadania nr: 1 poz. 7

Ponieważ bagietki laboratoryjne pakowane są po 1000 szt w najmniejsze opakowanie handlowe (nie są sprzedawane na sztuki), zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapotrzebowania i dostosowanie ilości do pełnego opakowania handlowego.

Odpowiedź:

NIE

Z poważaniem:

p.o DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marta Węgrzyn-Bąk