



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 7.04.2021 r.

AT.Z.2150.31.1.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu jednorazowego dla Oddziału Kardiochirurgii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

dotyczy zadania nr 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czujników oksymetrii firmy Masimo o najlepszej precyzji pomiaru z dostępnych na rynku – wartość absolutna 4%, pod warunkiem użyczenia Szpitalowi urządzenia do pomiaru oksymetrii kompatybilnego z tymi czujnikami.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak

Pytanie 2

dotyczy zadania nr 2

„Czy kształt czujników ma pozwalać na możliwość umieszczenia ich na czole pacjenta wraz z elektrodami EEG monitorując osobno każdą z półkul ?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

dotyczy zadania nr 2

„Czy podczas monitorowania pacjenta Zamawiający oczekuje, że linia bazowa będzie mogła być wyznaczana i modyfikowana w dowolnym momencie monitorowania czy tylko przed rozpoczęciem monitorowania?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający oczekuje, że linia bazowa będzie mogła być wyznaczana i modyfikowana w dowolnym momencie.

Pytanie 4

dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający oczekuje parametru % odchylenia od linii bazowej? Jest to bardzo istotne podczas monitorowania, żeby wartość oksymetrii nie odchyłała się od linii bazowej więcej niż +/- 20% ?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

dotyczy zadania nr 2

„Czy oprócz bazowych informacji, czyli wartości oksymetrii, trendu, linii bazowej i odchylenia od linii bazowej oraz AUC – czy oczekują Państwo wartości takich jak: różnica między oksymetrią a saturacją, delta hemoglobiny utlenowanej, delta hemoglobiny nieutlenowanej oraz delta sumy obu hemoglobin? Monitorowanie tych parametrów podczas zmian oksymetrii dostarcza więcej informacji o stanie pacjenta.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający ma na myśli 36 op. po 20 czujników, czyli w sumie 720 szt.? „

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Jedno opakowanie zawiera jeden czujnik na lewą i jeden czujnik na prawą półkulę mózgu.

Pytanie 7

dotyczy zadania nr 4

„Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe kontrastowo żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji?”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

dotyczy zadania nr Zadanie 3

„Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) ?”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

dotyczy zadania nr 4

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 4 linii do monitorowania ciśnienia o długości 250 cm – pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z SIWZ

Jednocześnie informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 14 kwietnia 2021 r. do godziny 13⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 14 kwietnia 2021 r. do godziny 14⁰⁰

Marta Węgrzyn-Bąk

/-/

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu