



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18.03.2019r.

AG.Z.2150.10.2.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę zestawów do angiografii promieniowo-udowej wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii promieniowo-udowej o następującym składzie:

- serweta papierowa do owinięcia zestawu – 1szt
- strzykawka 5ml Luer-Lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem – 1szt
- strzykawka 10ml Luer-Lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem – 2szt
- strzykawka 20ml Luer-Lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem – 2szt
- igła iniekcyjna 1,2 x 40 – 1szt
- igła iniekcyjna 0,7 x 30 – 1szt
- miska plastikowa 250ml – 1szt
- miska plastikowa 500ml – 1szt
- miska plastikowa 1000 ml z rantem w środku – 1szt
- rampa dwudrożna – 2szt
- zestaw do podawania płynów 180cm (minimum) – 1szt
- osłona przylepna na monitor – 2szt
- serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm – 1szt
- torba ze ściągaczem do rtg średnica 17-71cm – 1szt
- torba ze ściągaczem do rtg średnica 28-102cm – 1szt
- serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze minimum 56g/m², w strefie krytycznej wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w rozmiarze 155 x 120 cm o gramaturze minimum 110 g/m² z 2-ma otworami owalnymi 12 x 7cm oraz 2-ma otworami okrągłymi o średnicy 12cm – 1szt
- po obu stronach serweta zintegrowana z przezroczystą osłoną na pulpit sterowniczy
- całkowity rozmiar serwety wraz z osłonami na pulpit 240 x 350cm
- fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozmiar L – 1szt
- fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozmiar XL – 2szt

AG.Z.2150.10.2.2019



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃ
PIERSI

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

- plastikowe klemy zaciskające do łapania obłożeń – 2szt
- pean plastikowy – 2szt
- ostrze z trzonkiem nr 11 – 1szt

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Dopuszcza

Jednocześnie informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert z 19 marca 2019r godz 13,00 na 25 marca 2019r godz 13,00
- termin otwarcia ofert z 19 marca 2019r godz 14,00 na 25 marca 2019r godz 14,00.

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec