

„Dostawa resektoskopu sztywnego oraz elementów resektoskopu do posiadanej przez Zamawiającego optyki typu Panoview 30° produkcji Wolf na potrzeby Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp	Parametr / warunek	Ilość	Warunek graniczny	Podać Opis	Nr katalogowy	Nr strony katalogu
I	Resektoskop przepływowy 26 Charr – kompletny	1 szt	TAK			
1	Optyka typu Hopkins II 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawo walna	1 szt	TAK			
2	Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny	1 szt	TAK			
3	Obturator do zastosowania z płaszczem resektoskopu 26 Charr	1 szt	TAK			
4	Płaszcz resektoskopu 26 Charr, obrotowy z regulacją przepływu	1 szt	TAK			
5	Elektroda pętlowa, zagięta, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr	5 szt	TAK			
6	Elektroda wałeczkowa lub kulkowa, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr	5 szt	TAK			

Uzupełnienie elementów resektoskopu:

1. Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny, do posiadanej przez Zamawiającego optyki typu Panoview 30° prod. Wolf, średnica 4 mm o nr kat 8654.422 – 1 szt
2. płaszcz resektoskopu 26 Charr, obrotowy z regulacją przepływu do posiadanej przez Zamawiającego optyki typu Panoview 30° prod. Wolf, średnica 4 mm o nr kat 8654.422 - 1szt