



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.37.22

Zamość, dnia 31 października 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę urządzenia grzewczo – chłodzącego do wykonywania zabiegów kardiochirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie grzewczo-chłodzące o następujących parametrach technicznych:

AD 4

Urządzenie wyposażone w dwa oddzielne, regulowane termicznie obiegi wodne.

Obwód podłączenia wymiennika ciepła oksygenatora oraz/lub materaca obwód do podłączenia wymiennika ciepła do kardioplegii. ?

AD 5

obwód kardioplegii, umożliwiający uzyskanie temperatury w obiegu, w zakresie chłodzenie, grzanie – nie szybciej niż 1°C przez 3-5 minuty , przy przepływie od 3 do 9,5 l/min temperatura wody w obiegu wodnym pacjenta oraz obiegu wodnym kardioplegii regulowana jest niezależnie w zakresie od 1 do 40,5 st C ?

AD 6

Zakres uzyskiwanych temperatur w obiegu wodnym pacjenta od 1 0C do 40,5 0C ?

AD 7

Alarmy/zabezpieczenia

- niskiego poziomu cieczy w zbiorniku
- niskiego poziomu temperatury
- układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury powyżej 42 C
- wyświetlanie kodów błędów”.

AD 11

Efektywność chłodzenia, stała moc chłodzenia kompresora: powyżej 4500 kJ/godz.

Pozostałe parametry zgodne z załącznikiem nr 1 opis przedmiotu zamówienia. ?”.

Wyjaśnienie: Dla AD 4 i AD 11 zgodnie z SWZ. Zamawiający dla AD 5, AD 6, AD 7 wyraża zgodę.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie posiadało oprogramowanie prowadzące użytkownika przez proces czyszczenia i dezynfekcji ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie posiadało możliwość/ funkcje tworzenia bryły lodu z wyświetlaniem zadanych parametrów jej wielkości. Posiadanie w/w funkcji

i specjalna konstrukcja urządzenia zapobiega przenoszeniu w powietrzu potencjalnie istniejących bakterii z systemu wodnego na pole operacyjne w sali operacyjnej. Urządzenie ma tylko jeden zbiornik na wodę, który pracuje w temperaturze około 1–3 ° C, co zmniejsza ryzyko rozwoju bakterii i tworzenia się aerozolu. Najważniejszą cechą jest oddzielenie szczelnego zbiornika systemu od wewnętrznej komory, w której znajduje się wentylator. Przepływ powietrza z /lub do wentylatorów nie przechodzi przez obszar ze zbiornikiem wody, dlatego strumień powietrza nie może przenosić aerozoli ze zbiornika na pole operacyjne.”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający będzie wymagał urządzenia posiadającego panel sterowania urządzeniem grzewczo chłodzącym z możliwością umieszczenia jednostki sterowania na maszynie dowolnego urządzenia do krążenia pozaustrojowego dostępnego na rynku polskim (kabel połączeniowy CAN do podłączenia panelu obsługi urządzenia) ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający będzie wymagał urządzenia grzewczo-chłodzącego z płynną regulacją temperatury wody w obiegu wodnym pacjenta (oksygenator, mata grzewcza) oraz obiegu wodnym kardioplegii regulowaną niezależnie w pełnym zakresie od 1 do 40,5 st C ?”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7 ust. 4:

„Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za nieprzeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi w terminie ustalonym w paragrafie 1 ust. 7 oraz nieprzeprowadzenie szkolenia dodatkowego do kwoty 2000 zł za każdy przypadek. Jednocześnie prosimy o informację czy ta kwota jest kwota brutto czy netto?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej w paragrafie 7 ust. 4. Kwota kary umownej jest kwotą brutto.

Pytanie 7 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 7 ust. 9:

„Zwracamy się z prośbą o obniżenie łącznych kar do 10 % wartość brutto.”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej w paragrafie 7 ust. 9.

Pytanie 8 dot. załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 1:

„Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 30 dni.”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu