

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cystoskopy giętkie – 10 kompletów

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
I	CYSTOSKOP GIĘTKI OPTYCZNY – 2 KOMPLETY		
1.	Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022 Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Rozmiar zewnętrzny max 5 mm	TAK podać	
3.	Rozmiar kanału roboczego min. 2,5 mm	TAK podać	
4.	Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min 210°, do dołu min 150°	TAK podać	
5.	Głębina ostrości min. 3-50 mm	TAK podać	
6.	Pole widzenia min. 120°	TAK podać	
7.	Długość robocza min. 400 mm	TAK podać	
8.	Długość całkowita max 700 mm	TAK podać	
9.	Okular dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej	TAK	
10.	Możliwość współpracy z baterijnymi źródłami światła	TAK	
11.	Możliwość współpracy ze stacjonarnymi źródłami światła prod. Storz i Wolf będącymi w posiadaniu Zamawiającego	TAK	
12.	W zestawie z każdym cystoskopem optycznym akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego, minimum: - adapter wejścia kanału roboczego wyposażony w min. dwa przyłącza typu Luer-Lock umożliwiające jednoczesną irygację i użycie narzędzia podczas badania - tester szczelności - zawleczka zaworu sterylizacji - zestaw szczotek do czyszczenia kanału roboczego - walizka do przechowywania i transportu	TAK podać	

	- kleszcze chwytające, giętkie, wielorazowe – 1 szt. - światłowód o dł. min. 2 m		
II	CYSTOSKOP GIĘTKI CYFROWY – 8 KOMPLETÓW		
1.	Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022 Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Rozmiar zewnętrzny max 5,7 mm	TAK podać	
3.	Rozmiar kanału roboczego min. 2,2 mm	TAK podać	
4.	Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min 210°, do dołu min 180°,	TAK podać	
5.	Głębina ostrości min. 3-50 mm	TAK podać	
6.	Pole widzenia min. 120°	TAK podać	
7.	Długość robocza min. 380 mm	TAK podać	
8.	Cystoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego kompaktowym torem wizyjnym Full HD SD-700B	TAK	
9.	Możliwość podłączenia do dedykowanego monitora medycznego min 3,5" oraz za pomocą przewodu bezpośrednio do monitora medycznego z gniazdem SDI lub HDMI celem uzyskania obrazu z cystoskopu cyfrowego.	TAK	
10.	W zestawie z każdym cystoskopem cyfrowym akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego, minimum: - adapter wejścia kanału roboczego wyposażony w min. dwa przyłącza typu Luer-Lock umożliwiające jednoczesną irygację i użycie narzędzia podczas badania - tester szczelności - zawleczka zaworu sterylizacji - zestaw szczotek do czyszczenia kanału roboczego - walizka do przechowywania i transportowania - kleszcze biopsyjne giętkie wielorazowe – 1 szt. - kleszcze chwytające giętkie wielorazowe – 1 szt. - monitor o przekątnej min. 3,5" umożliwiający obrazowanie oraz archiwizację zdjęć i sekwencji video - kabel w standardzie AV do podłączenia z monitorem medycznym z gniazdem SDI lub HDMI	TAK podać	

	- przewód/adapter do podłączenia do toru wizyjnego Full HD SD-700B		
III.	POZOSTAŁE WYMAGANIA		
1.	Możliwość współpracy oferowanych cystoskopów z posiadaną przez Zamawiającego kamerą typu Wolf Endocam Logic HD 5525 (w zestawie niezbędne adaptory/przewody połączeniowe)	TAK	
2.	Dopuszczenie oferowanych cystoskopów do sterylizacji plazmowej w posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorze Renosem S130D	TAK	
3.	Kosze dedykowane do sterylizacji oferowanych cystoskopów – 4 szt.	TAK	