



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 10 listopada 2022 r.

DZP.3320.39.22

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę preparatów dezynfekcyjnych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 6.

„Prosimy o możliwość zaoferowania chusteczek konfekcjonowanych po 200 sztuk z przeliczeniem ilości. Jest to najbardziej efektywne opakowanie. Chusteczki mogą być użyte w ciągu 3 miesięcy od otwarcia opakowania.”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 7.

„Prosimy o możliwość zaoferowania chusteczek konfekcjonowanych po 200 sztuk z przeliczeniem ilości. Jest to najbardziej efektywne opakowanie. Chusteczki mogą być użyte w ciągu 3 miesięcy od otwarcia opakowania.”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 11.

„Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.”

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 14.

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez zapis V-EN 14476 rozumie działanie wobec wirusów osłonkowych?”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający oczekuje działania bójczego tylko na wirusy osłonkowe.

Pytanie 5 dot. zadania 6.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek konfekcjonowanych w opakowaniach: box – 200 szt., wkłady – 200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Wyjaśnienie: Tak, oczekiwana w ofercie ilość chusteczek 170.000 szt.

Pytanie 6 dot. zadania 8.

„Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany oryginalnie w tubie bez wkładów uzupełniających 15 000 szt.?”

Wyjaśnienie: Tak, zmiana ilości w stosunku do SWZ, oczekiwana w ofercie liczba chusteczek 65 000 sztuk.

Pytanie 7 dot. zadania 10.

„Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający wszystkie wymagania SWZ, a oczekiwane spektrum działania: B, F, V (polio, adeno), prątki – uzyskiwane w jest warunkach wysokiego obciążenia w stężeniu 1000ppm (1tbl./1,5L wody) - 15 min.”

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga przeliczenia tabletek na stężenie 6000 ppm.

Pytanie 8 dot. zadania 12.

„Czy Zamawiający dopuści aby spryskiwacz był pakowany oddzielnie do każdego opakowania w hermetycznie zamkniętym opakowaniu jednostkowym?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 9 dot. zadania 18 poz. a.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności, do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców, płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Stosowany w 0,5% (5ml/l), w czasie 5-10min., w 35°C-55°C. Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Bez substancji łatwopalnych, nie wymagający neutralizacji. Nie pieni się. Przeznaczony do mycia endoskopów w myjni ETD-2 Plus i ETD-3 firmy Olympus oraz mini ETD-2. Wyrób medyczny. Opakowania a 5L”

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10 dot. zadania 18 poz. b.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych – do termicznego przygotowywania endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego np. fiberoskopów w myjniach – dezynfektorach. Preparat nie pieni się. Sprawdzona tolerancja materiałowa endoskopów np. Olympus oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących np.: do myjni ETD-2 Plus i ETD-3 firmy Olympus oraz mini ETD-2. Skuteczność preparatu: 1% (10ml/l) do 60°C w 5min. wobec B, Helicobacter pylori, Tbc (M.terrae, M.avium), F (C.albicans+A.niger/brasiliensis), jaj glisty świni, V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio, Papowa SV 40, Parwo), S (B.subtilis). Produkt zawiera aldehyd glutarowy w stężeniu 20%, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Opakowanie a 5L. Wyrób medyczny.”

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 dot. zadania 19.

„Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny, płynny koncentrat dostosowany do jednoetapowego mycia i dezynfekcji endoskopów, narzędzi i ich oprzyrządowania przed procesem dezynfekcji wysokiego stopnia, zawierający chlorek didecylodimetyloamonowy, chlorowodorek poli (heksametylenobiguanidu). Możliwość moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym przez 72h. Posiadający neutralne pH roztworu, bardzo wysoką tolerancja materiałową popartą badaniem korozji i zgodności materiałowej, skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry, nie pieni się. Po dezynfekcji instrumenty przepłukać wodą o jakości przynajmniej wody pitnej. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w 15 minut, 0,5%. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Opakowania 5L. Wyrób medyczny.”

Wyjaśnienie: Tak, o ile produkt posiada działania bakteriobójcze w czasie określonym w SWZ.

Pytanie 12 dot. zadania 22.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego płynnego koncentratu o wysokiej wydajności i skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, skutecznie usuwającego zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców, posiada kompatybilność materiałową w stosunku do m. in. aluminium i tworzyw sztucznych. Nie wymaga neutralizacji. Standardowo zaleca się stosowanie preparatu w stężeniu 0,5% (5ml/l) w czasie działania 5-10min., w zakresie temperatur 35°C-55°C. PH ok. 11. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% (3-10 ml/l). Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Wyrób medyczny. Opakowania a 20L.”

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 13 dot. zadania 23.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego preparatu do zastosowania maszynowego, przeznaczony do dezynfekcji termicznie – chemicznej endoskopów giętkich i sztywnych i narzędzi termolabilnych. Preparat nie pieni się. Skuteczność preparatu: 1% (10ml/l) do 60°C w 5min. wobec B, Helicobacter pylori, Tbc (M.terrae, M.avium), F (C.albicans+A.niger/brasiliensis), jaj glisty świni, V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio, Papova SV 40, Parwo), S (B.subtilis). Produkt zawiera aldehyd glutarowy w stężeniu 20%, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Bez zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowanie a 20L. Wyrób medyczny.”

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 14 dot. zadania 24.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego preparatu do płukania po dezynfekcji chemiczno-termicznej za pomocą powszechnie stosowanych myjni. Produkt nie pieni się, zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, solubilizatory, inhibitory korozji, regulatory pH. Zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu.

Stężenie użytkowe preparatu:

- do chemiczno-termicznego przygotowania łóżek, kontenerów 0,1-0,2% (1-2g/l)
- do płukania przy termicznym przygotowaniu narzędzi 0,02-0,05% (0,2 - 0,5g/l).

Opakowanie a 20L. Wyrób medyczny. ”

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 15 dot. zadania 25.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zaoferowanie płynnego środka do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych np. łóżek, stolików nocnych, wózków szpitalnych. Skuteczny wobec: B, F (C.albicans), V (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV) w 1% (10 ml/l) w 55°C do 5min. Przystosowany do systemów pracujących z wykorzystaniem świeżej wody oraz systemów z wymuszonym przepływem obiegowym. Posiadający w swoim składzie m. in. chlorek dioktylodimetyloamoniowy, fenoksypropanol oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, pH ok.6. Opakowanie kanister 20L. Wyrób medyczny”

Wyjaśnienie: Obowiązujące są zapisy SWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 1.

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego, jednoskładnikowego preparatu na bazie etanolu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (HBV, HCV, HIV, Rota, Adeno, Polio do 1 min). Bez zawartości chlorheksydyny, jodu, pochodnych fenolowych oraz nadtlenu wodoru. Dobrze tolerowany przez skórę, z dodatkiem substancji natłuszczających. Wyrób Medyczny. Opakowania: butelka 500 ml.”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 dot. zadania nr 6.

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych takich jak sondy USG, ekrany LCD, stetoskopy na bazie QAV i środków powierzchniowo czynnych o wymiarach 13 cm x 19 cm. Nie klasyfikowane jako niebezpieczne, przebadane dermatologicznie, bezpieczne dla użytkownika. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Skuteczność biobójcza potwierdzona w warunkach brudnych. Spektrum B (w tym MRSA), F - 5 min., Tbc - 15 min., V (HBV, HCV, HIV, Corona, Polyoma, Adeno, Noro, HSV, RSV, H1N1) - 1 min., Rota – 15 min. Opakowanie: wkład - 100 chusteczek, tuba - 100 chusteczek.”

Wyjaśnienie: Tak, dopuszczamy opakowania po 100-200 sztuk. Pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 18 dot. zadania 7.

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie etanolu (70 g). Nie zawierające innych substancji czynnych o wymiarach 13 cm x 19 cm. Wykazujące szeroką skuteczność biobójczą: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Noro, Vaccinia) do 1 minuty. Opakowanie: wkład 100 chusteczek, tuba 100 chusteczek.”

Wyjaśnienie: Nie, jak w SWZ – działanie myjąco – dezynfekujące.

Pytanie 19 dot. zadania 8.

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci chusteczek o właściwościach myjąco dezynfekujących. Na bazie nadtlenu wodoru. Nie podrażniający dróg oddechowych, pozbawiony substancji zapachowych, barwiących, chloru oraz alkoholu. Nie wymagający spłukiwania, dezaktywujący zanieczyszczenia organiczne oraz biofilm. Przeznaczony do obszarów wysokiego ryzyka jak OIT, oddziały dziecięce, izolatki. Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Skuteczny wobec: B (EN 13727), F (EN 13697), V (EN 14476) – 1 minuta, mykobakteriobójcze – 5 minut, Spory (Clostridium difficile) warunki czyste – 1 min/brudne – 3 minuty. Dodatkowo skuteczność wobec C. difficile wg EN 17126 w 5 minut. Opakowania: tuba 80 chusteczek o wym. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIa, produkt biobójczy. ”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza. Oczekiwana liczba chusteczek w ofercie 65000 – zmiana ilości w stosunku do SWZ.

Pytanie 20 dot. zadania 9.

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje chusteczek inkrustowanych chlorem. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje opakowania typu flow pack.”

Wyjaśnienie: Tak, spektrum działania i czas działania jak w SWZ.

Pytanie 21 dot. zadania 14.

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu enzymatycznego rozkładającego białka, tłuszcze i cukry. Prosimy o wskazanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający oczekuje.”

Wyjaśnienie: Nie oczekujemy w składzie preparatów enzymów. Oczekujemy opakowań po 1 lub 5 litrów.

Pytanie 22 dot. zadania 16.

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) endoskopów oraz narzędzi medycznych przebadanego wobec Sporów wg równoważnej normy EN 17126, spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dot. zadania 17.

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. W proszku, na bazie kompleksu enzymatycznego zawierającego proteazę, amylazę, lipazę oraz nadwęglanu sodu. Wykazujący bardzo dobre właściwości myjące. Działający w stężeniu od 0,5% do 2%. Przebadany zgodnie z EN. Skuteczny wobec B (w tym MRSA, VRE, A. baumannii), F w stężeniu 0,5% - 5 minut, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (B. subtilis, B. cereus) w stężeniu 2% i czasie 10 minut. Wyrób medyczny Kl. IIB. Opakowania: wiaderko 2,5 kg”

Wyjaśnienie: Zadanie 17 dotyczy dezynfekcji dużych powierzchni, nie narzędzi. Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 24 dot. zadania 19.

„Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje zaoferowania preparaty myjącego o działaniu bakterio i grzybobójczym.”

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25 dot. zadania 4.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania jednorazowych chusteczek nasączonych roztworem 2% chlorheksadyna (zawierająca roztwór 2% glukonianu chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego)?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 26 dot. zadania 20.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania jednorazowych chusteczek nasączonych roztworem 2% chlorheksadyna (zawierająca roztwór 2% glukonianu chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego)?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 27 dot. Zadania 6 poz. 1 i 2.

„Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu zawierające działające na bakterie, drożdżaki, prątki, wirusy (Noro, Adeno) – 1 minuta, Polio - 2 minuty w opakowaniach typu tuba 200 szt. bez wkładów (tuba w zamian)?”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry jak w SWZ. Ilość oferowanych chusteczek 170 000 sztuk.

Pytanie 28 dot. zadania 7 poz. 1 i 2.

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniach typu tuba 200szt bez wkładów (tuba w zamian)?”

Wyjaśnienie: Tak, pozostałe parametry jak w SWZ. Oczekiwana liczba chusteczek w ofercie 130 000 sztuk.

Pytanie 29 dot. zadania 8 poz. 1 i 2.

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniach typu flow pack 50 szt. bez wkładów (flow pack w zamian)? ”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie typu flow pack oczekiwana liczba zaoferowanych chusteczek 65 000 sztuk – zmiana ilości w stosunku do SWZ. Spektrum i pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 30 dot. zadania 13.

„Czy Zamawiający dopuści preparat bez konieczności stosowania aktywatora w opakowaniach 2kg i 5kg? ”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 31 dot. zadania 16.

„Czy Zamawiający dopuści testy paskowe w opakowaniach a 25szt lub 50szt.? ”

Wyjaśnienie: Tak, oczekiwana w ofercie liczba pasków testowych 1000 sztuk.

Pytanie 32 dot. zadania 2.

„Czy w Zadaniu 2 Zamawiający dopuści preparat na bazie 1 alkoholu (propan-2-ol) spełniający pozostałe wymagania SWZ? ”

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 dot. zadania 11.

„Czy w zadaniu 11 Zamawiający dopuści obecnie stosowany preparat Quatrodes One o właściwościach: produkt na bazie aminy, QAV, pochodnej biguanidyny i pochodnej guanidyny. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych (unity, łóżka lekarskie, podłogi, blaty, ściany) Posiadający szeroką tolerancję materiałową, nadaje się do dezynfekcji wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, niklu, chromu. Do dezynfekcji szkła akrylowego. Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

Bez aldehydów i fenolu, nie odbarwia powierzchni, nie powoduje reakcji alergicznych

Posiadający opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, HSV, grypa, Ebola). Stężenie 0,5%, czas 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami zgodnymi z EN 14885. wirusy zgodnie z wytycznymi DVV/RKI.”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 dot. zadania 13.

„Czy w zadaniu 13 Zamawiający dopuści preparat osiągający pełne spektrum działania bez konieczności dodania aktywatora konfekcjonowany w opakowaniach handlowych 1 kg oraz 5 kg?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 35 dot. zadania 14.

„Czy w zadaniu 14 Zamawiający dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja

materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 36 dot. zadania 15.

„Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany w zadaniu 15 preparat powinien posiadać dualną rejestrację: wyrób medyczny i produkt biobójczy co pozwala na zastosowanie środka do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz pozostałych powierzchni w tym mających kontakt z żywnością.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 37 dot. zadania 15.

„Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat posiadał opinię potwierdzającą możliwość zastosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych np. Centrum Zdrowia Dziecka lub IMiDz? ”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 38.

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu SIWZ mówiącego, że „oferowane preparaty dezynfekcyjne nie będą wymagały do stosowania specjalnych środków ochrony BHP takich jak – prysznicy ratunkowych, fontann lub stanowisk do płukania oczu, wentylacji w wersji przeciwwybuchowej, masek z filtropochłaniaczami” lub dopuszczenie preparatów, które w/w środki ochrony posiadają wpisane w punkcie 8.F karty charakterystyki, czyli jako **dodatkowe środki ochrony awaryjnej a nie jako podstawowe środki ochrony indywidualnej.**

W przypadku preparatów dezynfekcyjnych dostępnych na rynku w celu osiągnięcia spektrum działania wymaganego przez Zamawiającego, zawartość substancji czynnych powoduje automatycznie, że zgodnie z rozporządzeniem CLP, w sekcji 8 karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego pojawiają się w punkcie **F. jako dodatkowe środki ochrony awaryjnej** prysznic awaryjny i/lub przyrząd do płukania oczu.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 39 dot. wzoru umowy.

„Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede

wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie uwzględnia postulatów Wykonawcy, dotyczącego konieczności wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych do projektowanych postanowień umowy. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 40 dot. zadania 6.

„Prosimy o dopuszczenie do całości zadania chusteczek spełniających kryteria Zamawiającego w opakowaniu typu tuba zawierające 200 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

Wyjaśnienie: Tak, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 41 dot. zadania 7.

„Prosimy o dopuszczenie do całości zadania chusteczek spełniających kryteria Zamawiającego w opakowaniu typu tuba zawierające 200 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. ”

Wyjaśnienie: Tak, pozostałe warunki jak w SWZ.

Pytanie 42 dot. zadania 8.

„Prosimy o dopuszczenie do całości zadania gotowych do użycia chusteczek myjąco dezynfekujących o działaniu sporobójczym (*Clostridium difficile*), nasączonych preparatem na bazie stabilnego chloru, wolnych od fenoli i aldehydów, o spektrum działania w pełni oczekiwanym przez zamawiającego, o czasie działania - nie dłuższym niż 15 minut, dobrze nasączonych, wykonanych z materiału utrzymującego wilgotność w trakcie użytkowania, o rozmiarze 20cm na 20cm, łatwych w użyciu, bezpiecznych dla środowiska, o terminie ważności - co najmniej pół roku od dostawy, w opakowaniach typu tuba 50 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

Wyjaśnienie: Nie.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu