



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 30 lipca 2024 r.

AT.Z.2150.29.4.2024

## **Dotyczy: odpowiedzi na pytania.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na zakup i dostawę wirówek laboratoryjnych w ilości 2 sztuk dla potrzeb Laboratorium Analitycznego wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

„Dotyczy § 8 pkt 2 załącznika nr 4-wzór umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części i do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 2**

„Dotyczy § 8 pkt 5 załącznika nr 4 wzór umowy, Producent urządzeń nie wymaga wykonywania przeglądów technicznych urządzeń w okresie ich gwarancji, co nie wpływa na przebieg i utrzymanie pełnej gwarancji.

W związku z tym czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów gwarancyjnych (w tym przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji)?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przeglądu gwarancyjnego co najmniej w ostatnim miesiącu gwarancji.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu