



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 18.09.2024 r.

AT.Z.2150.47.1.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę lamp zabiegowych oraz stołów zabiegowych, wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

## Dotyczy Zadania nr 1 w pozycji Parametry techniczne lamp zabiegowych

### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z czaszami o średnicy 53cm (58cm wraz z uchwytem w formie relingu), co zapewni większą bezcieniowość urządzenia?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lampę o średnicy 53cm (58cm wraz z uchwytem w formie relingu) w przypadku lampy z mocowaniem sufitowym. Dla lampy jezdnej wymagania Zamawiającego pozostają bez zmian.

## Dotyczy Zadania nr 2 w pozycji Parametry stołu zabiegowego

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 3 dopuści obciążenie do 200kg?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt.4 regulację wysokości 45-95cm?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regulację od 45cm przy zachowaniu górnej granicy 110cm.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt.5 długość 195cm i szerokość 68cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt.7 kolor stelaża RAL 7035?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu

Adam Fimiarz