

Odpowiedzi na pytania do postępowania „Sprzedaż i dostawa pasków testowych do pomiaru glukozy, glukometrów oraz płynów kontrolnych” Nr sprawy: LAP.0611.8.2024 dla firmy Roche:

1. Dotyczy Zadania nr 2 – Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LCD? –

Odpowiedź: dopuszcza, ale nie wymaga

2. Dotyczy Zadania nr 2 – Czy Zamawiający dopuści termin przydatności testów po otwarciu opakowania co najmniej do końca okresu przydatności podanego na fiolce – **21 miesięcy** od daty produkcji?

Odpowiedź: dopuszcza, ale nie wymaga

3. Dotyczy Zadania nr 2 – Wymagany parametr „*Płyny kontrolne z zestawie*” –prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga płynów kontrolnych we wspólnym, zapakowanym fabrycznie zestawie z glukometrem lecz dostarczenia 30 zestawów płynów składających się co najmniej z 2 poziomów

Odpowiedź: nie wymaga płynów kontrolnych we wspólnym zestawie z glukometrem.

4. Prosimy o zgodę na złożenie oferty podpisanej elektronicznie drogą mailową. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie adresu e-mail do składania ofert.

Odpowiedź: zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Szpitala, wymagane jest składanie ofert w wersji papierowej.

5. Par. 6 ust. 3 umowy – Prosimy o modyfikację zapisu tak, aby kara w przypadku odstąpienia od umowy liczona była od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: brak zgody