

**Nazwa zadania:**

**Dostawa i instalacja komory laminarnej na potrzeby Pracowni Żywieniowej**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakup ,transport ,instalacja komory laminarnej na potrzeby Pracowni Żywieniowej  
wymiary zewnętrzne powinny oscylować w granicach 1340/790/2094 mm.

-certyfikat na II klasę bezpieczeństwa.

-tryb pracy- stand by.

-tryb dezynfekcji - UV oraz H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

-komunikaty o prędkości przepływu powietrza, stanach alarmowych, stopniu zużycia filtra, stopniu zużycia filtrów w %.

-dopuszczona wewnątrz komory powłoka antybakteryjna.

-blat roboczy dzielony wyposażony w tacę ociekową pod zdejmowaną powierzchnią roboczą do zbierania rozlanych płynów,zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się i umożliwiając szybkie czyszczenie.

-prędkość przepływu powietrza automatycznie regulowana wyposażona w dwa filtry HEPA 14

-dwa gniazda elektryczne zainstalowane na tylnej ścianie komory.

-zgodna z normą EN 12469.

- przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski i jest oznaczony znakiem CE.

- gwarancja 36 miesięcy.

-produkt nowy, rok produkcji min.2022.

- Wykonawca zobowiązany jest także do przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego bezpośrednich użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu Umowy. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu .

**Sporządziła;**

Małgorzata Młynarska

Kierownik Apteki Szpitalnej