



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 05.12.2023 r.

AT.Z.2150.4.1.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wózka reanimacyjnego, szafy lekarskiej i stolików instrumentalnych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 1. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z blatem z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczonym z 3 stron bandami o wysokości 40 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

TAK, dopuszcza

Pytanie 2

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 1. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z blatem stalowym malowanym proszkowo, z pogłębieniem, otoczonym z 3 stron bandami o wysokości 50 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2

TAK, dopuszcza

Pytanie 3

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 1. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o szerokości 560 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3

TAK, dopuszcza

Pytanie 4

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 1. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o szerokości 570 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 4

TAK, dopuszcza

Pytanie 5

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 1. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wysokości 1000 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5

NIE, nie dopuszcza

Pytanie 6

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 2. Stoliki instrumentalne – 16 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stoliki instrumentalne z możliwością regulacji wysokości do 1200 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 6

TAK, dopuszcza

Pytanie 7

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 2. Stoliki instrumentalne – 16 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stoliki instrumentalne z możliwością regulacji wysokości do 1250 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 7

TAK, dopuszcza

Pytanie 8

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 2. Stoliki instrumentalne – 16 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stoliki instrumentalne, z blatem o grubości blachy 1,0 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 8

TAK, dopuszcza

Pytanie 9

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 2. Stoliki instrumentalne – 16 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stoliki instrumentalne o głębokości 450 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 9

TAK, dopuszcza

Pytanie 10

dot. załącznik nr 1 do SWZ, Zadanie nr 2. Stoliki instrumentalne – 16 sztuk

Czy Zamawiający dopuści stoliki instrumentalne szerokości 750mm?

Odpowiedź na pytanie nr 10

NIE, nie dopuszcza

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Zdecydowanie usprawni to proces składania.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do złożenia ofert.

Adam Fimiarz
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu