



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 grudnia 2016 r.

AG.ZP.3320.8. .16

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty do 30 000 euro na dostawę elektrod EKG. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1, 2, zad. 2:** Prosimy o dopuszczenie w w/w zadaniach możliwości wyceny elektrod w op. - 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza takie przeliczenie.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1, 2, zad. 2:** Jeśli zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas na dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny jednostkowej netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1:** Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji elektrod okrągłych z języczkiem umożliwiającym ich aplikację oraz zdejmowanie ze skóry pacjenta, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza takie elektrody.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1:** Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji elektrod prostokątnych, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza takie elektrody.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1:** Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji elektrod kwadratowych z języczkiem umożliwiającym ich aplikację oraz zdejmowanie ze skóry pacjenta, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1:** Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w w/w pozycji mają być używane również w badaniach RTG?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 2:** Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez „nacięcie do mocowania kabla” Zamawiający rozumie podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody, co zapobiega jej rozerwaniu, służący do mocowania kabla?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza otworu, wymagane jest nacięcie.

**Pytanie dot. zad. 2:** Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji elektrod okrągłych z języczkiem umożliwiającym ich aplikację oraz zdejmowanie ze skóry pacjenta, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWAŻENIA  
KARMIEŃIA  
PIERŚNIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie dot. zad. 2:** Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji elektrod w kształcie 10-płatkowego kwiatka, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie dot. zad. 2:** Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w w/w pozycji mają być używane również w badaniach RTG?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1, 2, zad. 2:** Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 100 szt. z każdej pozycji.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie dot. wzoru umowy § 4 ust. 3:** Zwracamy się do zamawiającego o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy i dopuszczenie zmiany cen brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy poprzez:

1) zmianę § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy (za wyjątkiem zmian przewidzianych w § 10 ust. 2).”.

2) dodanie w § 10 ust. 2 i 3 o brzmieniu:

„2. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedającego, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Sprzedającego ulegnie odpowiedniej zmianie.

3. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen, o której mowa w ust. 2 Sprzedający jest obowiązany przedstawić Kupującemu na piśmie wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzona powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Kupującego w formie aneksu do umowy.”.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 32 x 41 mm, reszta parametrów jak w SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zad. 1 poz. 2:** Czy zamawiający dopuści elektrodę z żelazem ciekłym, reszta parametrów jak w SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec