



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.36.23

Zamość, dnia 30 maja 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710z późn. zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do gazometrii oraz dzierżawę analizatorów do gazometrii i RKZ.

1. „Zadanie nr 3. Dotyczy: Parametry graniczne analizatorów: Punkt 5. Możliwość pomiaru krwi pobranej do strzykawki i kapilary. Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania, w którym zarówno do wykonania badania ze strzykawki i z kapilary, nie są wymagane lub zalecane przez producenta żadne dodatkowe, nie wbudowane w analizator przejściówki, wylapywacze skrzepów i podobne akcesoria, co znacznie ułatwia wykonanie badania operatorom na oddziałach (brak dodatkowych czynności z ich strony)? ”

Wyjaśnienie: Zgodnie z OPZ, jest to parametr oceniany.

Dotyczy Zadanie nr 3 i 5 Parametry graniczne analizatorów:

2. „Prosimy o doprecyzowanie, czy analizatory pracujące w trybie POCT (na oddziałach) mają komunikować się z systemem AMMS poprzez protokół HL7 w sposób dwukierunkowy, czyli wysyłając zapytanie o dane demograficzne pacjenta do bazy danych AMMS (zwrotna identyfikacja danych demograficznych pacjenta na ekranie aparatu) i następnie odsyłając wynik badania pacjenta do jego elektronicznego rekordu w AMMS bez konieczności wystawiania oddzielnego zlecenia na badanie tzw. tryb pracy POCT. Identyfikacja pacjenta na podstawie jego unikalnego ID w bazie HIS (w systemie AMMS tzw. MIP).”

Wyjaśnienie: Tak.

3. „Czy w ramach wymogu przesyłania wyników kontroli jakości do modułu InfoQC-Asseco, Zamawiający uzna za równoważny i dopuści zaoferowanie dedykowanego systemu do zarządzania i nadzoru analizatorów POCT, który posiada własny moduł QC i który ma możliwość agregowania, archiwizowania, wyświetlania na wykresach lewy-jennings i innych oraz dokonywania porównań w grupach, dla wszystkich wyników QC wysyłanych przez podłączone do niego analizatory, a więc spełnia wszelkie wymagania jakościowe w zakresie wymogów weryfikacji kontroli jakości z poziomu laboratorium dla analizatorów POCT?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

4. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę i udostępni serwer wirtualny wraz z licencją Windows oraz SQL zgodnie z załączoną specyfikacją w celu instalacji oprogramowania wymaganego do komunikacji oferowanych aparatów z systemem HIS i jednocześnie stanowiącego narzędzie dla Zamawiającego do zdalnego nadzoru aparatów? Minimalne wymagania serwera: Procesor 4 rdzeniowy, pamięć RAM 16GB, przestrzeń dyskowa 250GB, Microsoft Windows Serwer 2016 lub 2019, SQL 2016 lub 2019 (wsparcie dla .NETFramework 4.8 lub wyższy). Udzielenie dostępu do zasobów serwerowych pozwoli oferentowi na złożenie możliwie atrakcyjnej ekonomicznie oferty dla Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Serwer – tak, MS Windows Serwer 2022, SQL – nie.

5. „Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zdalnego dostępu do wydzielonego serwera wirtualnego (Zgodnie z pyt. 4) lub do dedykowanej dla instalacji systemu do zarządzania POCT stacji roboczej, poprzez połączenie typu VPN wraz z funkcją zdalnego pulpitu lub możliwością wykorzystania oprogramowania typu Anydesk lub Teamviewer, dla celu instalacji, skonfigurowania oraz zdalnego serwisowania w okresie trwania umowy, analizatorów wraz z dedykowanym oprogramowaniem oferenta umożliwiającym komunikację analizatorów z systemami IT.”

Wyjaśnienie: Tak.

6. „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że dla analizatorów POCT wymienionych w pakiecie 3 oraz pakiecie 5 celem wykonania połączenia do sieci HIS lub LIS, Zamawiający zapewni w miejscach fizycznego posadowienia analizatorów, gniazdka sieciowe, adresację IP, odpowiednią konfigurację portów sieciowych.”

Wyjaśnienie: Dopuszczamy możliwość zastosowania dodatkowych switchy.

Dotyczy wzoru umowy:

7. „Czy Zamawiający rozważy zmianę wzoru umowy poprzez dodanie do niej klauzuli indeksacyjnej opartej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany raz do roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o następującej treści: „Wykonawca ma prawo zażądać zmiany cen jednostkowych odczynników, kontroli materiałów zużywalnych jeden raz w danym roku kalendarzowym o wartość równą średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanemu w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, o ile ten wskaźnik przekroczy [3]%. Wykonawca w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty publikacji powyższego wskaźnika w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” informuje Zamawiającego o skorzystaniu z uprawnienia do podwyższenia cen na piśmie. Uznaje się, że powyższa zmiana cen odczynników i materiałów zużywalnych jest przyjęta przez Strony bez konieczności składania przez nie dodatkowych oświadczeń woli, w tym w szczególności bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i obowiązuje dla dostaw realizowanych po dacie zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do waloryzacji cen umownych objętego niniejszym ustępem. W przypadku braku zgody na dodanie proponowanego zapisu do umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie własnej wersji klauzuli indeksacyjnej cen do umowy celem zabezpieczenia interesów obu jej stron w obecnej sytuacji rynkowej”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają zapisy wzorów umów w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

8. „Wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się obsługą: w celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp

do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umów w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

9. „Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: „Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz.U. z 2021 r., nr 779 z późn. zm.), wytwórca odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umów w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

10. „Dot. Par. 3. Dotyczy zadania nr 3 i nr 5 Zwracamy się z prośbą o zgodę na wydłużenie do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy dla integracji analizatorów z systemami informatycznymi Zamawiającego. Prośbę motywujemy faktem, że do wykonania tej części działania konieczne jest współudział firmy Asseco lub jej podwykonawców, których dostępność bywa ograniczona i na którą oferent nie ma bezpośredniego wpływu .”

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

11. „Dotyczy projektu umowy zał. Nr 4 §2 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację Umowy „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy na własny koszt i ryzyko w dni robocze przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”? Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

12. „Dotyczy projektu umowy zał. nr 4 §7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto? Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczana do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia

umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu