

**„Dostawa 2 kompletów resektoskopów bipolarnych na potrzeby Oddziału Urologii
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im.
Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Parametr / warunek	Ilość	Warunek graniczny	Podać opis i numer katalogowy
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 r. lub 2024 r. Producent Model Kraj pochodzenia	-	TAK podać	
2.	<p>Resektoskop bipolarny z osprzętem – kompletny, dostosowany do sterylizacji plazmowej i parą wodną</p> <p>W skład każdego zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Element pracujący resektoskopu, bipolarny, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce i kciuk z przyłączem HF od góry – 1 szt - Płaszcz resektoskopu 26 Fr., składający się z płaszcz zewnętrznego i wewnętrznego i obturatora. Płaszcz zewnętrzny z 2 regulowanymi kanałami do napływu i odpływu płynu LUER-Lock, obrotowy. Płaszcz wewnętrzny z ukośną końcówką ceramiczną . Obturator kompatybilny do płaszcz 26 Fr – 1 kpl - Optyka 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna z 	2 kpl	TAK podać	

	<p>przyłączem zatrzaskowym umożliwiającym podłączenie posiadanych, typowych światłowodów - 1 szt</p> <p>- Przewód wysokiej częstotliwości bipolarny o dł. 3m do posiadanej diatermii ERBE- 1 szt</p> <p>- pudełko ochronne do resektoskopu – 1 szt</p> <p>- pudełko ochronne do optyki – 1 szt</p>			
3	Pętla tnąca, bipolarna, 26 Fr., autoklawowalna	200 szt.	TAK	
4	Elektroda bipolarna wałeczkowa lub kulkowa, autoklawowalna, do wyboru przez zamawiającego	40 szt.	TAK	