

Załącznik nr 2
LAP.6150-U.04.....2018

ZADANIE 1

Lp	Asortyment /nr kat.	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Łączna cena netto	Stawka Vat %	Łączna cena brutto	Nazwa handlowa/Producent
1	Paski do oznaczania cukru we krwi kapilarnej – 50 szt. w opakowaniu, znajdujące się na aktualnej liście refundacyjnej Ministra Zdrowia wraz z kompatybilnymi aparatami pomiarowymi w ilości 450 szt. i płynami kontrolnymi w ilości 150 op. Charakterystyka: – nie wymagające kodowania – pole pomiarowe w szczytowej części paska – funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska – zakres pomiaru 20-600 mg/dl – temperatura przechowywania pasków do min.32°C potwierdzona w instrukcji obsługi pasków lub na opakowaniu pasków – termin ważności pasków i płynów kontrolnych co najmniej 3 miesiące od momentu otwarcia – dokładność pomiaru: spełnianie normy ISO 15197:2015 dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych, potwierdzone dokumentem zgodności z w/w normą, dołączonym do oferty. – instrukcja użytkowania w języku polskim – obudowa aparatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych	1 op	4000 op					

	– możliwość kontroli na co najmniej 2 poziomach płynów kontrolnych – czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą 60 szt .aparatów kompatybilnych do zaoferowanych pasków i 20 op. Płynów kontrolnych. W razie awarii aparatu, sprzedający zobowiązuje się do wymiany na nowy aparat według potrzeb Zamawiającego.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZADANIE 2

Lp	Asortyment /nr kat.	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Łączna cena netto	Stawka Vat %	Łączna cena brutto	Nazwa handlowa/Producent
1	Paski do oznaczania cukru we krwi tętniczej, żyłnej i włosniczkowej – 50 szt.w opakowaniu wraz z kompatybilnymi aparatami pomiarowymi- 10 szt. + płyny kontrole 10szt. Charakterystyka: – nie wymagające kodowania – pole pomiarowe w szczytowej części paska – funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska – zakres pomiaru 20-600 mg/dl – zakres hematokrytu 20-60% – termin ważności paskow i płynow kontrolnych co najmniej 3 miesiące od momentu otwarcia – dokładność pomiaru: spełnianie normy ISO 15197:2015 dla proponowanych pasków,	1op	400 op					

	glukometrów i płynów kontrolnych, potwierdzone dokumentem zgodności z w/w normą, dołączonym do oferty. – instrukcja użytkowania w języku polskim- należy dołączyć do oferty obudowa aparatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych – możliwość kontroli na co najmniej 2 poziomach płynów kontrolnych - czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund							
--	---	--	--	--	--	--	--	--