



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 12 grudnia 2023 r.

AT.Z.2150.29.9.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na zakup i dostawę wirówki laboratoryjnej dla potrzeb Laboratorium Analitycznego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy 35 dni?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający wymaga, aby ilość gniazd na probówki nie mniej niż 70 była spełniona dla obu ich wielkości (o średnicy 13 i 16 mm)?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby ilość gniazd na probówki o średnicy 16 mm była nie mniejsza niż 70, a także, aby ilość gniazd lub wkładek redukcyjnych dla probówek o średnicy 13 mm była nie mniejsza niż 70.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający w ramach doposażenia dopuści następujące dwa rodzaje wkładek redukcyjnych do wirnika horyzontalnego, umożliwiające pracę z maksymalną liczbą po 76 probówek ?”

- Wkładka redukcyjna (19 x fi13,1mm) na probówki długie 19 x 4÷7ml do systemów zamkniętych(umożliwia pracę z 76 szt ww probówek)
- Wkładka redukcyjna (19 x fi13,1mm) na probówki krótkie 19 x 1,6÷4ml do systemów zamkniętych (umożliwia pracę z 76 szt ww probówek)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako dodatkowe wyposażenie.

Pytanie nr 4

„Czy Zamawiający dopuści wirówkę o zakresie obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM, oraz wirnik horyzontalny 4 x 250ml (max RPM/RCF: 4 800rpm/4 405xg) ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeżeli ilość gniazd na próbówki o wymaganej średnicy nie jest mniejsza niż 70.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 20 dni roboczych od podpisania umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

„Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu po upływie 24 miesięcy gwarancji, jeśli jest zalecany przez Producenta?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy – § 8 pkt 5.

Pytanie nr 7

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty cenowej w postaci skanu bądź podpisanej podpisem kwalifikowanym z podaniem hasła do odszyfrowania oferty po terminie złożenia oferty, co zabezpieczy dokumenty przed otwarciem ?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z treścią zaproszenia.

Pytanie nr 8

„Czy Zamawiający wymaga instalacji i szkolenia?”

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z § 1 pkt 2 wzoru umowy oraz § 4 pkt 2 wzoru umowy.

Adam Fimiaryz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu