



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 23.02.2024 r.

AT.Z.2150.7.1.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę resektoskopów bipolarnych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

## Pytanie nr 1

### **dot. Projekt umowy § 5 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego terminu płatności faktury. W załączonym projekcie umowy nie jest podana ta wartość.

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja o minimalnym wymaganym przez Zamawiającego terminie płatności – **60 dni** – jest podana w załączniku nr 2 do zaproszenia „Oferta wykonawcy” w pkt. 3.

## Pytanie nr 2

**dot. Projekt umowy § 6 ust. 1, 2 i 3** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w do 0,2% jednak nie od całości przedmiotu umowy a od produktu pozostającego w zwłoce? Ustalone kary są zbyt wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Obecny projekt umowy jest skonstruowany w sposób rażąco nieproporcjonalny.

Opisane wyżej praktyki **są niedozwolonymi klauzulami umownymi zawartymi w art. 433 PZP**, zaś artykuł ten został wprowadzony w celu ograniczenia praktyk zamawiających polegających na kształtowaniu postanowień umów w sposób zabezpieczający wyłącznie ich interesy bez należytego ich wyważenia z interesami wykonawców.

### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postulowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty. Ubocznie jedynie, Zamawiający wyjaśnia, że niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.).

### Pytanie nr 3

Czy ze względu na zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych oraz trudności z dostępnością podzespołów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy resektoskopów bipolarnych maksymalnie do 6 tygodni od zawarcia umowy?

### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 4

**Dot. Formularz cenowy Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści element pracujący resektoskopu, bipolarny, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce i kciuk z przyłączem HF od tyłu?

### Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, dopuszcza.

### Pytanie nr 5

**Dot. Formularz cenowy Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przewód wysokiej częstotliwości bipolarny o długości 4 m?

### Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak, dopuszcza.

### Pytanie nr 6

**Dot. Formularz cenowy Poz. 2** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pętli tnącej bipolarnej w technologii dwubiegunowej, w której część aktywna i bierna elektrody umieszczone są na wspólnej prowadnicy i przepływ prądu HF nie wymaga zaangażowania płaszczka resektoskopu ?

### Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 7

**Dot. Formularz cenowy Poz. 3** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elektrody bipolarnej wałeczkowej lub kulkowej w technologii dwubiegunowej, w której część aktywna i bierna elektrody umieszczone są na wspólnej przewodnicy i przepływ prądu HF nie wymaga zaangażowania płaszcza resektoskopu ?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Adam Fimiaryz

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu