



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 9 maja 2023 r.

DZP.3320.44.23

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę płynów i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą dwóch aparatów do terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.**

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający w pozycji 5 pakiet zbiorczy dopuści do postępowania cewnik dializacyjny wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika – końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu – przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 12 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech pakowany po 3 szt.”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje, że cewniki będą zawierały powłokę antybakteryjną ze względu na bezpieczeństwo pacjenta jak również zmniejszały możliwość kolonizacji bakterii oraz wpływ na redukcję zakażeń szpitala. Z opisu pytającego nie wynika, że proponowane rozwiązanie jest w pełni alternatywne, ponieważ nie wskazuje, że zamiennik ma powłokę antybakteryjną.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody w związku z odpowiedzią pytania 1, zgodnie z SWZ.

Adam Fimiarz
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu