



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 20 lipca 2023 r.

DZP.3320.47.23

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę narzędzi i akcesoriów okulistycznych**.

Pytanie 1 dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający ma na myśli soczewkę o angulacji 0 stopni ?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 2 dot. zapisów SWZ:

„Czy przez przedstawienie Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie załączenie do oferty ulotek bądź innych materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia ?”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 3 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §2 ust. 8 i 9 umowy w następującym brzmieniu:
„8. Reklamacje jakościowe Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem. W razie zgłoszenia reklamacji jakościowej, Zamawiający informując Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymuje jednocześnie zapłatę za zakwestionowany Przedmiot Umowy (do momentu wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad) **oraz odsyła reklamowany wyrób do Wykonawcy**.

9. Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 (pięciu) dni od daty **doręczenia mu reklamowanego wyrobu**. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego towaru, który powinien być mu odsyłany przez Zamawiającego. Termin na rozpatrzenie reklamacji jakościowej powinien biec od dnia doręczenia mu tego wyrobu”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 4 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §2 ust. 111 umowy zdanie pierwsze w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku co najmniej trzech niezgodnych z zamówieniem lub nieterminowych dostaw, o ile odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Wykonawca.”?

Uzasadnienie:

Brak terminowej dostawy może wynikać z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a w takiej sytuacji nie powinien ponosić on negatywnych konsekwencji”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 5 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §3 umowy kolejny ustęp w następującym brzmieniu: „Aktualna stawka podatku od towarów i usług będzie stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami przy niezmienionej cenie netto bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

Aktualna stawka VAT powinna być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności aneksowania umowy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 6 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §6 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być oparta o wartość jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wielkość, niezależnie od stopnia realizacji umowy, a nadto powinna zostać obniżona do 10%”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 7 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §7 ust. 4 umowy w ten sposób, że:

- 1) Minimalny poziom zmiany cen wskazany w pkt 1) zostanie obniżony do 5%;**
- 2) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wskazana w pkt 4) zostanie podniesiona do 15%?**

Uzasadnienie:

Oferta jest składana w warunkach wysokiej inflacji i niepewnej sytuacji gospodarczej, dlatego poziom zmiany kosztów uprawniający do waloryzacji wynagrodzenia powinien zostać obniżony do 5%, a maksymalny poziom waloryzacji podniesiony do 15%”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający wymaga:

- soczewki o współczynniku refrakcji **1,55**
- aby model soczewki torycznej (tj. moc cylindra) był obliczany na licencjonowanym kalkulatorze z algorytmem Barretta dostępnym na stronie producenta,
- filtra UV, który przepuści max. 10% promieniowania UV przy długości fali 401nm (dla mocy soczewki +20D),
- asferyczności soczewki na poziomie **minus 0,2μm** na przedniej powierzchni optyki ?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 9 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 12 dot. zapisów SWZ:

„Uprzejmie prosimy o wykreślenie z rozdziału XV SIWZ punktu 8.

Przygotowanie spisu treści wraz z wyszczególnieniem ilości arkuszy, w przypadku ofert elektronicznej jest niepotrzebne”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące są zapisy SWZ.

Pytanie 13 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„dotyczy § 6 ust. 1. Wzoru umowy bez banku

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 14 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„dotyczy § 6 ust. 2 Wzoru umowy bez banku

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 2 Wzoru umowy do 0,1% wartości zareklamowanych towarów za każdy roboczy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 15 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„dotyczy § 6 ust. 3 Wzoru umowy bez banku

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 3 Wzoru umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 16 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy z bankiem:

„dotyczy § 9 ust. 1. pkt 1) Wzoru umowy z bankiem

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy z bankiem do 0,1% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 17 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy z bankiem:

„dotyczy § 9 ust. 1. pkt 2) Wzoru umowy z bankiem

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy z bankiem do 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 18 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy z bankiem:

„dotyczy § 9 ust. 1. pkt 3) Wzoru umowy z bankiem

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 3) Wzoru umowy z bankiem do 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 19 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy z bankiem:

„dotyczy § 9 ust. 2 Wzoru umowy z bankiem

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 2 Wzoru umowy z bankiem do 5% wartości niezrealizowanej części umowy”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 20 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy z bankiem:

„dotyczy Wzoru umowy z bankiem

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie projektu umowy następujących zapisów dotyczących depozytu soczewek:

„1. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów poczynając od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu soczewek oraz warunków jego przechowywania.

5. Co pół roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych do banku. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.

6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia banku soczewek upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.

7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 5 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a bank soczewek uzupełniony do stanu wyjściowego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 21 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru umowy bez banku i do Wzoru umowy z bankiem następujących zapisów:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną””.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 22 dot. zadania 4:

„Zadanie 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści materiał wiskoelastyczny kohezyjny o stężeniu: 1.4% hialuronianu sodu (NaHA), masie cząsteczkowej: 2.7 mln Daltonów, lepkości (w 25°C): 25 000 – 40 000 mPa.s (co 5s-1), osmolarności: 280 – 330 mOsmol/kg i pH: 6.8 – 7.6.

Temperatura przechowywania: pomiędzy 2°C i 8°C. Pojemność: 1.0 ml i kaniula o grubości 25G?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 23 dot. zadania 5:

„Zadanie 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści zestaw materiałów viskoelastycznych dyspersyjno-kohezyjny, zbiorczo zapakowany; o stężeniu: 1.8% hialuronianu sodu (NaHA) MEGA I i 1.4% hialuronianu sodu (NaHA) BIO II; masie cząsteczkowej: MEGA I: 1.85 mln Daltonów, BIO II: 2.3 mln Daltonów; lepkości (w 25°C): MEGA I: 18 200 – 40 000 mPa.s (co 5s-1), BIO II: 13 000 – 24 000 mPa.s (co 5s-1); osmolarności: 280 - 330 mOsmol/kg i pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: pomiędzy 2°C i 8°C. Pojemność: MEGA I: 0.55 ml, BIO II: 0.8 ml. Kaniule o grubości 25G?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 24 dot. zadania 8:

„Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 soczewkę o następujących parametrach:

Soczewka asferyczna i bezaberracyjna, soczewka jednoogniskowa, akrylowa, hydrofobowa, jednoczęściowa w pełni preloadowana, soczewka z filtrem UV i filtrem światła fioletowego, soczewka biała, współczynnik refrakcji: 1.54, 4 oddzielne hapteny z angulacją 0o i ostrą krawędzią 360o , średnica optyczna: 6.00 mm, całkowita długość: 11.00 mm, dostępny dioptraż: 0,00 D do + 10,00 D (co 1,00 D), + 10,00 D do 34,00 D (co 0,5 D), system implantacyjny, jednorazowy, sterylny, w pełni preloadowany typu PUSH, do cięcia 2.2 mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 25 dot. zadania 9:

„Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9 soczewkę o następujących parametrach:

Soczewka asferyczna i bezaberracyjna, soczewka jednoogniskowa, akrylowa hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna, do mikrocięcia 1,8 mm, wyposażona w filtr UV, soczewka asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki, funkcja anti-glare redukująca odbłaski, soczewka jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych, angulacja haptyków 10 stopni, ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki poziom uwodnienia soczewki 26%, współczynnik refrakcji 1,46, wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu, soczewka dostępna w dioptrażach od 0 do + 30,0 D, od 0,0D do + 10,00D co 1D, od + 10,0D do + 30,0D co 0,5D, średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do + 15,0D, 10, 7mm od + 15,5D do + 22,0D, 10,5 mm od + 22,5D do + 30,0D, średnica części optycznej soczewki zależna od dioptrażu: od 0,0D do + 15,0D średnica części optycznej 6,2 mm od + 15,5D do + 22,0D średnica części optycznej 6,0 mm, od + 22,5D do + 30,0D średnica części optycznej 5,6 mm, do każdej soczewki dołączony injector jednorazowy 1,8 mm (injectory pakowane w box po 10 szt).?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 26 dot. zadania 10:

„Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10 soczewkę o następujących parametrach:

Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa tylna powierzchnia toryczna soczewki z znacznikami poprawności na części optycznej soczewka z filtrem UV uwodnienie soczewki 4% współczynnik refrakcji 1,54 dwa zmodyfikowane hapteny typu C-

loop. optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki (step vaultet), co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź (poniżej 10um), soczewka posiadająca otwory fenestracyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną, soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odbłasków (glistening free – certyfikat FDA), średnica optyczna 6,0 mm, długość całkowita 12,5 mm, zakres dioptrażu od 0,0D do + 30D co 0,5D, dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D, dołączony jednorazowy injector do cięcia 2,2mm (injector pakowany w box po 10 szt)?".

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 27 dot. zadania 15:

„Zadanie 15

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 dopuści koaksjalne końcówki irygacyjno-aspiracyjne zgodne z opisem SWZ pakowane po 12szt? Wykonawca może dostarczyć końcówki I/A jedynie w opakowaniach zbiorczych (pakowanych zbiorowo po 12szt). Podyktowane jest to koniecznością zagwarantowania produktu w stanie nienaruszonym oraz sterylności pojedynczych sztuk produktu".

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 28 dot. zadania 25:

„Zadanie 25

Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 dopuści pierścień dotorebkowy PMMA napinający, jednorazowego użytku, załadowany w injector, średnica pierścienia 11mm – 12.45mm?".

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 29 dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający dopuści preparat wiskoelastyczny 1,4% o lepkości 60 000-100 000 mPas, masie cząsteczkowej 2,3-3,2 mln Daltonów, osmolarności 280-400 mOsmol, pH 6,8-7,4?".

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 30 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający wymaga soczewki posiadającą pełne hapteny?".

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 31 dot. zadania 8:

„ Czy Zamawiający wymaga haptenów wykonanych z akrylu hydrofobowego z końcówkami z PMMA w celu zabezpieczenia soczewki przed sklejeniem się optyki z haptenem?".

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 32 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający wymaga injectora preloaded (wkręcany)?".

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 33 dot. zadania 27:

„1. Czy zamawiający w zadaniu 27 " Mikrospingi trójkątne z uchwytem do osuszania pola operacyjnego. Ilość: 1200 sztuk" dopuści Mikrospingi trójkątne z uchwytem do osuszania pola operacyjnego pakowane po 5 szt w jednostkowym sterylnym opakowaniu ?

2. Czy zamawiający zezwoli na przeliczenie ilości równoważnej 1200 szt na opakowani jednostkowe sterylne producenta tj komplety po 5 szt x 240 (łącznie 1200 szt)?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 34 dot. zadania 24:

„Czy w Zadaniu nr 24 Zamawiający dopuści Pierścień do mechanicznego rozszerzenia źrenicy w czasie operacji zaćmy wstępnie załadowany do jednorazowego injektora, wykonany z jednolitego, niebieskobarwionego polipropylenu w kształcie kwadratu z bezpiecznymi zaokrągleniami i otworami w narożnikach, średnica pierścienia 6,25mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 35 dot. zadania 30:

„Czy w Zadaniu 30 Zamawiający dopuści nóż z dwoma znacznikami 1,5mm i 2,0mm?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 36 dot. zadania 29:

„Czy w Zadaniu 29 Zamawiający ma na myśli nóż podwójnie ostrzony?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 37 dot. zadania 4:

„Prosimy o dopuszczenie preparatu wiskoelastycznego o masie cząsteczkowej 2,8 –3,2 mln Da i pH 6,8 –7,6?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 38 dot. zadania 9:

„Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu hydro-filnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia 26%. Cztery haptiki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w za-kresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w po-zostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednora-zowy injector?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 39 dot. zadania 10:

„Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomo-rowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz filtrem światła fioletowego w za-kresie 400-440nm. Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2-2,4mm. Uwodnienie 1-4%. Liczba Abbego 49. Współczynnik refrakcji 1.48?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 40 dot. zadania 22:

„Prosimy o dopuszczenie błękitu trypanu oferowanego w opakowaniach zbiorczych zawierających 10 fiolek sterylne barwnika”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 41 dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści preparat wiskoelastyczny o lepkości 300.000 – 470.000 mPas, masie cząsteczkowej 2.9 – 3.8 mln Daltonów, pH 6.8 – 7.6, przy zachowaniu pozostałych parametrów?”.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 42 dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści soczewkę toryczną hybrydową hydrofobową z hydrofilnymi monomerami z przejściową stożkową powierzchnią toryczną z neutralną aberracją 0 μm o średnicy części optycznej 6 mm z ostrą krawędzią 360° i długością całkowitą 12,5mm, hapteny podwójne zamknięte o angulacji 0°. Moce z zakresu 1-34 D (co 0,5) z korekcją cylindrów 1-10D (co 0,5) o indeksie refrakcji 1,46. Soczewka której sferyczny ekwiwalent mocy jak i korekcja cylindryczna jest stała nie zależnie od wielkości źrenicy. Stopień uwodnienia nią poniżej 26%, aplikowane jednorazowym iniektorem preloded, pozostałe parametry bez zmian?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 43 dot. zadania 30:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 30 dopuści nóż jednorazowy, trapezoidalny, z dwoma znacznikami 1,5mm-1,7mm, zakrzywiony, szlifowany na matowo?”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 44 dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki?

Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa:

- jednocześnie, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: < 3%
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.51;
- współczynnik Abbego: 43;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:
 - od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano)
 - od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)
 - od +31.0 do +32.0D (co 1.0D);
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptencie (zamknięta pętla);
- angulacja 0°;
- doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone);

- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm;
- soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCl”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 45 dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. zadaniu poniższej soczewki?

Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa:

- jednocześnieowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną);
- akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: 26% w stanie równowagi
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.46;
- współczynnik Abbego: 56;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:

SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)

Cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D)

- kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne);
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH);
- angulacja 0°;
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm”.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 46 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„1. Z uwagi na to, że umowa zawierana będzie na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia o kolejnych 6 miesięcy, zgodnie z art. 436 pkt 4) PZP prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o jego obligatoryjne elementy takie jak:

- określenie zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz
- określenie zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień

umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 47 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„2. Do §1 ust. 3 zdanie drugie wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §1 ust. 3 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §1 ust. 3 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych i nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

Po pierwsze, na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy zapis należy uznać za postanowienie abuzywne, w sposób rażąco naruszające równowagę stron i dające Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych. Skoro treść art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartości w opisie przedmiotu zamówienia.

Po drugie, Zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania ilości większych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, zastrzega de facto prawo opcji. Zgodnie z art. 441 ust. 1, 2 PZP, aby skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień oraz spełnić łącznie trzy przesłanki: określić rodzaj i maksymalną wielkość opcji oraz okoliczności skorzystania z niej, a przy tym, nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Spośród tych warunków, Zamawiający zaniedbał obowiązek ustalenia górnej granicy prawa opcji, pozostawiając w tym zakresie zupełną dowolność. Biorąc pod uwagę art. 441 ust. 2 PZP, nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji umowy, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie będzie miał obowiązku zrealizowania jej.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 48 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„3. Do §6 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 3 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Pytanie 49 dot. załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy bez banku:

„4. Do §7 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o zmianę treści §7 ust. 4 lit. a) wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego, że minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy poprzez zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 2,5%, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego.

Uzasadniając powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, że §7 ust. 4 lit.

a) wzoru umowy, ustanawiający poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 10%, w żadnym stopniu nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyk związanych ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji nieuchronnie prowadzi do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron stosunku zobowiązaniowego. Przy obecnym kształcie ww. postanowienia Wykonawca musi zatem z góry założyć, że w przypadku wzrostu kosztów realizacji umowy np. o 9% (co stanowi dużą wartość, zwłaszcza uwzględniając niskie marże w zamówieniach publicznych) jego wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. Tak znaczne ograniczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia w umowie jest przejawem nadużycia przez Zamawiającego dominującej pozycji w postępowaniu, w związku z czym kwestionowane postanowienie winno zostać zmienione w zaproponowany sposób.

Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia – w ślad za uprzednio złożonym zapytaniem - że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §7 ust. 4 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych”.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projektowanych postanowień umowy postulowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają projektowane postanowienia umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu